

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊԶԲ - 25/0603 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ООО Мед Теко	УВЧ 80	УВЧ 80	ООО Мед Теко	Աշխատանքային ռեժիմներ • Անվանական ծանրաբեռնվածության դիմադրություն, Օմ` 50 • Էլեկտրոդի օպտիմալ բացը, մմ` 20 • Սարքի գործարկման ժամանակը • Սարքի աշխատանքի ժամանակը ընդհատվող ռեժիմում, Ժ` 6 • շահագործման ժամանակը, 20 րոպե • դադարի ժամանակ, 10 րոպե • Ժամանակաչափի կարգավորումների միջակայք, (0...99)±5% րոպե Աշխատանքային ռեժիմին հասնելու ժամանակը, 30 վայրկյան Ազդեցության բնութագրերը • Սարքի

աշխատանքային
 հաճախականությունը, ՄՀց՝ 27,12 ±
 0,163 • Ելքային հզորություն,
 աստիճաններով կարգավորելի, Վտ՝
 (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 /
 80) ±20% Սնուցում • Սնուցման
 լարումը, 230 վայրկյան • Ցանցի
 հաճախությունը, Հց՝ 50 • Ցանցից
 սպառվող էներգիա, Վ•Ա՝ ոչ ավելի,
 քան 250 Սարքի և դրա
 բաղկացուցիչ մասերի չափերը, մմ •
 Չափերն առանց փաթեթավորման,
 մմ՝ ոչ ավելի, քան 421 x 285 x 170 •
 Չափերը փաթեթավորման մեջ, մմ՝
 ոչ ավելի, քան 520 x 320 x 210 •
 Զաշը, կգ՝ 7,5-ից ոչ ավել Լրացուցիչ
 • Էլեկտրականությունից
 պաշտպանության դաս՝ I, տիպ BF՝
 համաձայն ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60601-1 •
 Ծառայության ժամկետը՝ 6 տարի
 UHF 80 Med TeCo սարքի առաքման
 հավաքածու • Էլեկտրոնային
 միավոր — 1 հատ. • Սնուցող-
 Էլեկտրոդի պահող՝ 2 հատ. •
 Փոխարինվող էլեկտրոդներ. Ø 36±5
 մմ - 2 հատ. Ø 80±5 մմ - 2 հատ. Ø
 120±5 մմ - 2 հատ. • Ռեզոնանսային
 ինդուկտոր - 1 հատ. • Մագնիսական
 դաշտի առկայության ցուցիչ — 1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0603
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					