

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BK-TS300	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Լաբորատոր աշտարակային մաղ- հավաքածու՝ թափահարիչով: Սարքի վոլտաժը՝ 220 Վ, հզորությունը՝ 0,12 կՎտ, մաղման ֆրակցիաների քանակն ըստ չափսերի՝ 9, մաղերի քանակը՝ 8, մեկ մաղի տրամագիծը՝ 300 մմ, մատերիալը՝ չժանգոտվող պողպատ, Աղմուկի ցածր մակարդակ՝ 50 - 60 դԲ, Շարժիչի տեսակը՝ վիբրոշարժիչ, վիբրացիայի/տատանման հաճախությունը՝ 1400 տատանում/րոպե, տատանման ամպլիտուդ՝ 1-4 մմ: Սարքի աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց, մաղերի վերևի հատվածում ֆիքսման հնարավորություն: Սարքի վրա Էլեկտրոնային ժամացույցի, տատանման հաճախությունների կարգավորիչի առկայություն: Մաղերի միմյանց վրա տեղադրման կցամասային հատվածը՝ հերմետիկ: Մաղերի տարրական անցքի չափսերը՝ հաջորդաբար՝ 1. 2000 μm (2 մմ); 2. 1000 μm (1 մմ); 3. 500 μm (0,5 մմ); 4. 250 μm (0,25 մմ); 5. 125 μm (0,125 մմ); 6. 63 μm (0,063 մմ); 7. 32 μm (0,032 մմ); 8. 16 μm (0,016 մմ); 9. 8 μm (0,008 մմ): Սարքի արտաքին չափսերը՝ 410x380x350 մմ, փաթեթավորման չափսերը՝ 100x100x100 մմ, ընդհանուր

			զանգվածը 50 կգ: Սարքի մատակարարումը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	BK-TS300	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Լաբորատոր աշտարակային մաղ-հավաքածու՝ թափահարիչով: Սարքի վոլտաժը՝ 220 Վ, հզորությունը՝ 0,12 կՎտ, մաղման ֆրակցիաների քանակն ըստ չափսերի՝ 9, մաղերի քանակը՝ 8, մեկ մաղի տրամագիծը՝ 300 մմ, մատերիալը՝ չժանգոտվող պողպատ, Աղմուկի ցածր մակարդակ՝ 50 - 60 դԲ, Շարժիչի տեսակը՝ վիբրոշարժիչ, վիբրացիայի/տատանման հաճախությունը՝ 1400 տատանում/րոպե, տատանման ամպլիտուդ՝ 1-4 մմ: Սարքի աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց, մաղերի վերևի հատվածում ֆիքսման հնարավորություն: Սարքի վրա էլեկտրոնային ժամացույցի, տատանման հաճախությունների կարգավորիչի առկայություն: Մաղերի միմյանց վրա տեղադրման կցամասային հատվածը՝ հերմետիկ: Մաղերի տարրական անցքի չափսերը՝ հաջորդաբար՝ 1. 2000 μm (2 մմ); 2. 1000 μm (1 մմ); 3. 500 μm (0,5 մմ); 4. 250 μm (0,25 մմ); 5. 125 μm (0,125 մմ); 6. 63 μm (0,063 մմ); 7. 32 μm (0,032 մմ); 8. 16 μm (0,016 մմ); 9. 8 μm (0,008 մմ): Սարքի արտաքին չափսերը՝ 410x380x350 մմ, փաթեթավորման չափսերը՝ 100x100x100 մմ, ընդհանուր

			զանգվածը 50 կգ: Սարքի մատակարարումը՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	---