

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Լաբորատորիայի պոմպեր և պարագաներ	Լաբորատորիայի պոմպեր և պարագաներ	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Վակուումային պոմպ մեմբրանային հակակոռոզիոն: Ունի հակակոռոզիոն տեֆլոնե 2 խցիկներ և մեմբրաններ: Վակուումի աստիճան՝ <50 մբար: Արտադրողականությունը առնվազն 0,5 լ/վ: Առավելագույն վակուում 1 ՄՊԱ: Շարժիչի հզորությունը 170 Վտ: Աղմուկի մակարդակ ≤ 65 դԲ (Ա): Աշխատանքային ջերմաստիճանը 7~40°C: Պոմպը նախատեսված է ֆիլտրացիոն համակարգին միացնելու համար: Մատակարարը պարտավորվում է կատարել միացումները և կարգաբերումները: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Լաբորատորիայի պոմպեր և պարագաներ	Լաբորատորիայի պոմպեր և պարագաներ	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Վակուումային պոմպ մեմբրանային հակակոռոզիոն: Ունի հակակոռոզիոն տեֆլոնե 2 խցիկներ և մեմբրաններ: Վակուումի աստիճան՝ <50 մբար: Արտադրողականությունը առնվազն 0,5 լ/վ: Առավելագույն վակուում 1 ՄՊԱ: Շարժիչի հզորությունը 170 Վտ: Աղմուկի մակարդակ ≤ 65 դԲ (Ա): Աշխատանքային ջերմաստիճանը 7~40°C: Պոմպը նախատեսված է ֆիլտրացիոն համակարգին միացնելու համար: Մատակարարը պարտավորվում է կատարել միացումները և կարգաբերումները: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: