

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մանրեագերծիչ չոր օդային	MT Medical	JPX-SH88	MT Medical	Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 140 Լ: Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի Ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով: Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ կողմի

					ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է: Ժամանակաչափ ոչ պակաս քան 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ջերմաչափի չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 50°C - 300°C միջակայքում: Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 50°C - 300°C: Անվտանգության թերմոստատի առկայություն: Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը պետք է նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1)
--	--	--	--	--	--

					ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վի Առ Մեղիքալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Մանրեազերծիչ չոր օդային	MT Medical	JPX-SH88	MT Medical	Մանրեազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 140 Լ: Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով: Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ կողմի

					ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է: Ժամանակաչափ ոչ պակաս քան 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ջերմաչափի չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 50°C - 300°C միջակայքում: Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 50°C - 300°C: Անվտանգության թերմոստատի առկայություն: Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը պետք է նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1)
--	--	--	--	--	--

					ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC):
--	--	--	--	--	--