

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ Գործիքի տեսակը՝ ուղիղ օֆտալմոսկոպ Էրգոնոմիկան՝ ծեռքի Ուղիղ օֆտալմոսկոպը Ներառում է գլուխը լամպով Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը պետք է ունենա ուղղիչ ոսպնյակներ ոչ պակաս քան -25-ից +40 դիոպտերից Պետք է ունենա գլխի կողպման ամրակներ՝ մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը պետք է թույլ տա ընտրել ոսպնյակների օպտիկական իզոթությունը ոչ պակաս քան + 40D-

				ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների մատչելիությունը պետք է թույլ տա ճիշտ ուսանյակների արագ ընտրություն կատարել Պտտվող գտիչ Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր գտիչը պետք է օգտագործվի վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: Մարտկոցի բռնակը՝ միացնել/անջատել անջատիչով Պահպանման պատյանի առկայություն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ	Օֆտալմոսկոպ Գործիքի տեսակը՝ ուղիղ օֆտալմոսկոպ Էրգոնոմիկան՝ ձեռքի Ուղիղ օֆտալմոսկոպը ներառում է գլուխը լամպով Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը պետք է ունենա ուղղիչ ոսպնյակներ ոչ պակաս քան -25-ից +40 դիոպտերից Պետք է ունենա գլխի կողպման ամրակներ՝ մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը պետք է թույլ տա ընտրել ոսպնյակների օպտիկական հզորությունը ոչ պակաս քան + 40D-

				ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների մատչելիությունը պետք է թույլ տա ճիշտ ուսանյակների արագ ընտրություն կատարել Պտտվող գտիչ Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր գտիչը պետք է օգտագործվի վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: Մարտկոցի բռնակը՝ միացնել/անջատել անջատիչով Պահպանման պատյանի առկայություն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--