

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու - որշման մեթոդը ըստ Ջաֆֆի ռեակցիայի , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վելուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ ալիքի որոշման տրոլյթը 492 (490-510) Նմ, երկոռագենտ չափը 1X250 մլ յուրաքանչյուր ռագենտի համար R1 և R2 ռագենտները պետք է լինեն առանձին 250 մլ պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C

				ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի լոռ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու - որշման մեթոդը ըստ Ջաֆֆի ռեակցիայի , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վելուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ ալիքի որոշման տրոլյթը 492 (490-510) Նմ, երկոեագենտ չափը 1X250 մլ յուրաքանչյուր ռազենտի համար R1 և R2 ռազենտները պետք է լինեն առանձին 250 մլ պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C

				ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի լոռ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	---