

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
102	1. տելեսկոպ՝ տեսազննման (դիտման) անկյունը՝ 30°՝ մոդել՝ WA2T430A, 2. տելեսկոպ՝ տեսազննման (դիտման) անկյունը՝ 12°՝մոդել՝ WA2T412A, 3. ԲՀ մալուխ, երկբևեռ առնվազն 4 մ՝ մոդել՝ WA00014A 4. ներքին ռեգեկցիոն	OLYMPUS	OLYMPUS	Հավաքը պետք է ներառի ՝ 1 հատ տելեսկոպ՝ տեսազննման (դիտման) անկյունը՝ 30°: Աշխատանքային երկարությունը՝ 282,2 մմ: Տրամագիծը՝ 4 մմ: Օպտիկայի դիստալ հատվածի վրա սադափե չքերծվող ապակու առկայություն: Մոդել՝ WA2T430A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ տելեսկոպ՝ տեսազննման (դիտման) անկյունը՝ 12°: Աշխատանքային երկարությունը՝ 280 մմ: Տրամագիծը՝ 4 մմ: Օպտիկայի դիստալ հատվածի վրա սադափե չքերծվող ապակու առկայություն: Մոդել՝ WA2T412A Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ԲՀ մալուխ, երկբևեռ առնվազն 4 մ, համատեղելի է կլինիկայում առկա ESG-410 Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ, ինչպես նաև Օլիմպուս ընկերության տրանսուբետրալ ռեգեկցիա իրականացնելու աշխատանքային բռնակի հետ: Մոդել՝ WA00014A

խողովակ
 ռեգեկտոսկոպների
 համար՝ Մոդել՝
 A22040A 5.
 արտաքին
 խողովակ՝ Մոդել՝
 A22026A 6.
 ոռոգման փող
 ռեգեկտոսկոպի
 խողովակների
 համար՝ Մոդել՝
 A22053A 7.
 օպտիկական
 ուղղորդիչ՝ Մոդել՝
 A22071A/
 WA22016A- ըստ
 պատվիրատուի
 պահանջի 8.
 Տրանսուրետրալ
 ռեգեկցիա
 իրականացնելու
 աշխատանքային
 բռնակ՝ Մոդել՝
 WA22366A 9. ԲՀ
 ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝
 WA22503D 10. ԲՀ
 ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝

Արտադրող OLYMPUS 1 հատ ներքին ռեգեկցիոն
 խողովակ ռեգեկտոսկոպների համար՝ 26 fr (8,67 մմ)
 արտաքին տրամագծով: Ներառում է ստանդարտ
 օբտուրատոր. Համատեղելի է՝ (4 մմ, 12°), (4 մմ, 30°),
 ինչպես նաև (4 մմ, 70°) տելեսկոպերի հետ: Մոդել՝
 A22040A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ արտաքին
 խողովակ, 2 ծորակով /մուտք/ելք/, պտտվող 26 Fr:
 Մոդել՝ A22026A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ ոռոգման
 փող ռեգեկտոսկոպի խողովակների համար, 2 փական,
 պտտվող: Մոդել՝ A22053A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
 օպտիկական ուղղորդիչ 24Fr: Մոդել՝ A22071A/
 WA22016A- ըստ պատվիրատուի պահանջի Արտադրող
 OLYMPUS Տրանսուրետրալ ռեգեկցիա իրականացնելու
 աշխատանքային բռնակ, ակտիվ ֆիզ. լուծույթում
 մասնահատման համար: քանակ՝ 2 հատ Մոդել՝
 WA22366A Արտադրող OLYMPUS 1 տուփ ԲՀ ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ, տեսակը աղեղ, 24 Fr, մետաղալար 0.2, մեծ,
 12°, ստերիլ, միանգամյա օգտագործման, տուփում՝ 12
 հատ, մանրեագերծ, տրանսուրետրալ մասնահատման
 համար (TUR) ֆիզ. լուծույթում: Մոդել՝ WA22503D
 Արտադրող OLYMPUS ԲՀ ռեգեկցիոն Էլեկտրոդ, աղեղ, 24
 Fr, մետաղալար 0,2, միջին, 12°, ստերիլ, միանգամյա
 օգտագործման, տուփում առնվազն՝ 12 հատ,
 տրանսուրետրալ մասնահատման համար (TUR) ֆիզ.
 լուծույթում: 2 տուփ Մոդել՝ WA22302D Արտադրող
 OLYMPUS 1 տուփ ԲՀ ռեգեկցիոն Էլեկտրոդ, գլան, 24-28
 Fr, 12 ° և 30°, ստերիլ, միանգամյա օգտագործման,
 տուփում առնվազն՝ 12 հատ, տրանսուրետրալ
 մասնահատման համար (TUR) ֆիզ. Լուծույթում՝

WA22302D 11. ԲՀ
ռեգեկցիոն
Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝
WA22351C 12.
օպտիկական
ուրետրատոմի
արտաքին
պատյան՝ Մոդել՝
A3551 13.
արտաքին
խողովակ՝ Մոդել՝
A3552 14.
օպտիկական
ուրետրատոմի
աշխատանքային
բռնակ՝ Մոդել՝
A3550 15. ուղորդիչ
խողովակ՝ Մոդել՝
A00562A 16.
ուրետրատոմի
դանակ
կիսաշրջան՝ Մոդել՝
A3558 17.
ֆիբրոթելային,
հատուկ
ջերմակայուն
մալուխ՝ Մոդել՝
WA03300A 18.
լազերային

Նախատեսված է միայն կոագուլյացիայի համար: Մոդել՝
WA22351C Արտադրող OLYMPUS 1 հատ օպտիկական
ուրետրատոմի արտաքին պատյան, 22Fr, առնվազն 4
լուսանցք ունեցող, ներառարյալ օբտուրատոր: Մոդել՝
A3551 Արտադրող OLYMPUS 1 հատ արտաքին խողովակ
26 Fr, ուրետրատոմի համար ենթամաշկային մուտքի
համար: Մոդել՝ A3552 Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
օպտիկական ուրետրատոմի աշխատանքային բռնակ:
Մոդել՝ A3550 Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ուղորդիչ
խողովակ, 1.2 մմ լազերային զոնդերի համար: Առանց
հետ քաշող սարքի զոնդերի ո ուղորդիչ խողովակ մինչև
550 միկրոն հաստությամբ լազերային մանրաթելերի
համար: ընդհանուր աշխատանքային երկարությունը՝
420 մմ: Մոդել՝ A00562A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
ուրետրատոմի դանակ կիսաշրջան: Մոդել՝ A3558
Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ֆիբրոթելային, հատուկ
ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ՝
տրամագիծը՝ 2,8 մմ, երկարությունը՝ 3մ: Մոդել՝
WA03300A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ լազերային
ռեգեկտոսկոպի աշխատանքային տարր:
Աշխատանքային ալիքի տրամագիծը 6 Fr նվազագույն
ներարկման ասեղի երկարությունը 350 մմ, լազերային
զոնդերի առաջարկվող տրամագիծը 1.2 մմ: Մոդել՝
A22065A Արտադրող OLYMPUS Հավաքածուի մեջ
ներառված բոլոր գործիքները համատեղելի են միմյանց
հետ: Բոլոր նշված գործիքները համատեղելի են
կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության ESG-410
մոդելի Էլեկտրավիրաբուժկան գեներատորի հետ և
կապահովեն գործիքների ողջ ֆունկցիոնալ

	ռեգեկտոսկոպի աշխատանքային տարր՝ Մոդել՝ A22065A			հանարավորությունները, ինչպես նաև՝ դրանց տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Մատակարար կազմակերպությունը գործիքները կտեղադրի և հանձնի շահագործման՝ սարքը շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ այդ գործիքների կարգաբերումը և փորձարկումը: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելու (շահագործման հանձնելու) օրվան հաջորդող օրվանից սկսած՝ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված: Գործիքները տեղադրելուց հետո համակարգը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:
--	---	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХԱՊԶԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
102	1. տելեսկոպ՝ տեսագննման (դիտման) անկյունը՝ 30°՝ մոդել՝ WA2T430A, 2. տելեսկոպ՝ տեսագննման (դիտման) անկյունը՝ 12°՝մոդել՝ WA2T412A, 3. ԲՀ մալուխ, երկբևեռ առնվազն 4 մ՝ մոդել՝ WA00014A 4. ներքին ռեգեկցիոն	OLYMPUS	OLYMPUS	Հավաքը պետք է ներառի ՝ 1 հատ տելեսկոպ՝ տեսագննման (դիտման) անկյունը՝ 30°: Աշխատանքային երկարությունը՝ 282,2 մմ: Տրամագիծը՝ 4 մմ: Օպտիկայի դիստալ հատվածի վրա սադափե չքերծվող ապակու առկայություն: Մոդել՝ WA2T430A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ տելեսկոպ՝ տեսագննման (դիտման) անկյունը՝ 12°: Աշխատանքային երկարությունը՝ 280 մմ: Տրամագիծը՝ 4 մմ: Օպտիկայի դիստալ հատվածի վրա սադափե չքերծվող ապակու առկայություն: Մոդել՝ WA2T412A Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ԲՀ մալուխ, երկբևեռ առնվազն 4 մ, համատեղելի է կլինիկայում առկա ESG-410 էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ, ինչպես նաև Օլիմպուս ընկերության տրանսուբետրալ ռեգեկցիա իրականացնելու աշխատանքային բռնակի հետ: Մոդել՝ WA00014A

խողովակ
 ռեգեկտոսկոպների
 համար՝ Մոդել՝
 A22040A 5.
 արտաքին
 խողովակ՝ Մոդել՝
 A22026A 6.
 ոռոգման փող
 ռեգեկտոսկոպի
 խողովակների
 համար՝ Մոդել՝
 A22053A 7.
 օպտիկական
 ուղղորդիչ՝ Մոդել՝
 A22071A/
 WA22016A- ըստ
 պատվիրատուի
 պահանջի 8.
 Տրանսուրետրալ
 ռեգեկցիա
 իրականացնելու
 աշխատանքային
 բռնակ՝ Մոդել՝
 WA22366A 9. ԲՀ
 ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝
 WA22503D 10. ԲՀ
 ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝

Արտադրող OLYMPUS 1 հատ ներքին ռեգեկցիոն
 խողովակ ռեգեկտոսկոպների համար՝ 26 fr (8,67 մմ)
 արտաքին տրամագծով: Ներառում է ստանդարտ
 օբտուրատոր. Համատեղելի է՝ (4 մմ, 12°), (4 մմ, 30°),
 ինչպես նաև (4 մմ, 70°) տելեսկոպերի հետ: Մոդել՝
 A22040A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ արտաքին
 խողովակ, 2 ծորակով /մուտք/ելք/, պտտվող 26 Fr:
 Մոդել՝ A22026A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ ոռոգման
 փող ռեգեկտոսկոպի խողովակների համար, 2 փական,
 պտտվող: Մոդել՝ A22053A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
 օպտիկական ուղղորդիչ 24Fr: Մոդել՝ A22071A/
 WA22016A- ըստ պատվիրատուի պահանջի Արտադրող
 OLYMPUS Տրանսուրետրալ ռեգեկցիա իրականացնելու
 աշխատանքային բռնակ, ակտիվ ֆիզ. լուծույթում
 մասնահատման համար: քանակ՝ 2 հատ Մոդել՝
 WA22366A Արտադրող OLYMPUS 1 տուփ ԲՀ ռեգեկցիոն
 Էլեկտրոդ, տեսակը աղեղ, 24 Fr, մետաղալար 0.2, մեծ,
 12°, ստերիլ, միանգամյա օգտագործման, տուփում՝ 12
 հատ, մանրեագերծ, տրանսուրետրալ մասնահատման
 համար (TUR) ֆիզ. լուծույթում: Մոդել՝ WA22503D
 Արտադրող OLYMPUS ԲՀ ռեգեկցիոն Էլեկտրոդ, աղեղ, 24
 Fr, մետաղալար 0,2, միջին, 12°, ստերիլ, միանգամյա
 օգտագործման, տուփում առնվազն՝ 12 հատ,
 տրանսուրետրալ մասնահատման համար (TUR) ֆիզ.
 լուծույթում: 2 տուփ Մոդել՝ WA22302D Արտադրող
 OLYMPUS 1 տուփ ԲՀ ռեգեկցիոն Էլեկտրոդ, գլան, 24-28
 Fr, 12 ° և 30°, ստերիլ, միանգամյա օգտագործման,
 տուփում առնվազն՝ 12 հատ, տրանսուրետրալ
 մասնահատման համար (TUR) ֆիզ. Լուծույթում՝

WA22302D 11. ԲՀ
ռեգեկցիոն
Էլեկտրոդ՝ Մոդել՝
WA22351C 12.
օպտիկական
ուրետրատոմի
արտաքին
պատյան՝ Մոդել՝
A3551 13.
արտաքին
խողովակ՝ Մոդել՝
A3552 14.
օպտիկական
ուրետրատոմի
աշխատանքային
բռնակ՝ Մոդել՝
A3550 15. ուղորդիչ
խողովակ՝ Մոդել՝
A00562A 16.
ուրետրատոմի
դանակ
կիսաշրջան՝ Մոդել՝
A3558 17.
ֆիբրոթելային,
հատուկ
ջերմակայուն
մալուխ՝ Մոդել՝
WA03300A 18.
լազերային

Նախատեսված է միայն կոագուլյացիայի համար: Մոդել՝
WA22351C Արտադրող OLYMPUS 1 հատ օպտիկական
ուրետրատոմի արտաքին պատյան, 22Fr, առնվազն 4
լուսանցք ունեցող, ներառարյալ օբտուրատոր: Մոդել՝
A3551 Արտադրող OLYMPUS 1 հատ արտաքին խողովակ
26 Fr, ուրետրատոմի համար ենթամաշկային մուտքի
համար: Մոդել՝ A3552 Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
օպտիկական ուրետրատոմի աշխատանքային բռնակ:
Մոդել՝ A3550 Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ուղորդիչ
խողովակ, 1.2 մմ լազերային զոնդերի համար: Առանց
հետ քաշող սարքի զոնդերի ո ուղորդիչ խողովակ մինչև
550 միկրոն հաստությամբ լազերային մանրաթելերի
համար: ընդհանուր աշխատանքային երկարությունը՝
420 մմ: Մոդել՝ A00562A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ
ուրետրատոմի դանակ կիսաշրջան: Մոդել՝ A3558
Արտադրող OLYMPUS 2 հատ ֆիբրոթելային, հատուկ
ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ՝
տրամագիծը՝ 2,8 մմ, երկարությունը՝ 3մ: Մոդել՝
WA03300A Արտադրող OLYMPUS 1 հատ լազերային
ռեգեկտոսկոպի աշխատանքային տարր:
Աշխատանքային ալիքի տրամագիծը 6 Fr նվազագույն
ներարկման ասեղի երկարությունը 350 մմ, լազերային
զոնդերի առաջարկվող տրամագիծը 1.2 մմ: Մոդել՝
A22065A Արտադրող OLYMPUS Հավաքածուի մեջ
ներառված բոլոր գործիքները համատեղելի են միմյանց
հետ: Բոլոր նշված գործիքները համատեղելի են
կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության ESG-410
մոդելի Էլեկտրավիրաբուժկան գեներատորի հետ և
կապահովեն գործիքների ողջ ֆունկցիոնալ

	ռեգեկտոսկոպի աշխատանքային տարր՝ Մոդել՝ A22065A			հանարավորությունները, ինչպես նաև՝ դրանց տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Մատակարար կազմակերպությունը գործիքները կտեղադրի և հանձնի շահագործման՝ սարքը շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ այդ գործիքների կարգաբերումը և փորձարկումը: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելու (շահագործման հանձնելու) օրվան հաջորդող օրվանից սկսած՝ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված: Գործիքները տեղադրելուց հետո համակարգը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:
--	---	--	--	---