

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՈՒԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Կաթետր բալոն պերիֆերիկ	Mozec PTA Meril life Sciences Pvt.Ltd	<p>"Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 40, 75 և 135սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7Ֆր ինտրաոյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար</p>

		երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: (2.0, 3.0, 4.0)՝ 10 սկան 100-250մմ (5.0, 6.0, 7.0, 8.0)՝10-սկան 60-150մմ:"
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	Կաթետր բալոն պերիֆերիկ	Mozec PTA Meril life Sciences Pvt.Ltd	<p>"Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 40, 75 և 135սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7Ֆր ինտրաոյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար</p>

			<p>Երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: (2.0, 3.0, 4.0)՝ 10 ական 100-250մմ (5.0, 6.0, 7.0, 8.0)՝10-ական 60-150մմ:"</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------