

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	բժշկական մահճակալ	բժշկական մահճակալ	"Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը Էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով: Առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ: Բարձրությունը Էլեկտրական կարգաբերվող, միջակայքը առնվազն 360-780մմ: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ: Գործառույթները առնվազն ` Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ ռեգրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով; Մեջքի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80°տիրույթով; Շնկի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով; Թրենդելենբուրգ Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Հակադարձ Էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Տիպային դիրքի մեկ հպումով Էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով Էլեկտրական կարգաբերում;

		Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով մեխանիկական կարգաբերում առնվազն երկու կողմից; Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն -90+90 տիրույթում; Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող պլատֆորմ ներքնակի համար; Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հպումով իջնող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման հնարավորություն; Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման հնարավորությամբ; Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն; Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից; Պատերի և դռների հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ տրամագծով; Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների արագ հանման և կողպման հնարավորություն; Էլեկտրական կարգաբերման 4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից; Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի երկարությունը առնվազն 2 մ; Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն 4 կախիչով; Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի համար; Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն: Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը գնորդի նշված հասցեում:"
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
3			