

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Beijing M&B Electronic Instruments Co., LTD.	Beijing M&B Electronic Instruments Co., LTD.	Transcutaneous Jaundice Detector MBJ20	Beijing M&B Electronic Instruments Co., LTD.	Անդրմաշկային դեղնախտի դետեկտոր: Ձեռքի գործիք, որն օգտագործվում է նորածինների դեղնախտի դիսամիկ կլինիկական հետազոտության մեջ: Բիլիրուբինի անդրմաշկային կոնցենտրացիան՝ հարաբերական շիճուկի բիլիրուբինի կոնցենտրացիայի հետ, կարող է որոշվել ակնթարթորեն և ոչ ինվազիվ կերպով, քանի որ դետեկտորը տեղադրված է նորածինների մաշկի վրա: Էկրան՝ LCD: Էլեկտրասնուցում՝ AA 1.5Vx2 մարտկոց: Օգտագործման պատրաստ լինելու ինդիկատոր՝

					կանաչ: Չափման միջակայք՝ 0.0մգ/դլ ~ 32.0մգ/դլ: Չափման ճշգրտություն՝ ± 1.5մգ/դլ (± 25.5 մկմոլ/լ): Լիցավորման պատրաստման ժամանակ՝ < 5վ: Նախորդ 21 հետազոտությունների տվյալների պահպանման և ցուցադրման ֆունկցիա: Կրկնելիություն՝ < 10% : Բիլիրուբինի մակարդակի չափման միջին ժամանակը՝ 1-9 վրկ: Չափման միավորներ՝ մկմոլ/կ, մգ/դլ : Կալիբրացիա՝ մանուալ: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, ISO13485:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-63/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					