

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Դիլատացիոն կորոնար կաթետր	Meril	Mozec NC	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Բալոն ընդլայնվող գնդանոթով, ցուցված է կորոնար ստենոտիկ զարկերակի լայնացման կամ ստենոզված շունտի լայնացման համար՝ սրտամկանի պերֆուզիան լավացնելու համար, ինչպես նաև ստենտների ընդլայնման համար՝ տեղադրումից հետո: Կաթետերի երկարությունը 142սմ: Պերիֆերիկ ծայրի տրամագիծը 1.98 Fr, դիստալ ծայրի տրամագիծը 2.7Fr: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կաթետրի չափերը՝ ըստ տրամագծի՝ 2.0մմ; 2.25մմ, 2.5մմ, 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ : Նոմինալ ճնշումը 12 ատմ,

					մաքսիմալ ճնշումը՝ 20 ատմ բոլոր տրամագծերի դեպքում: Կաթետերի չափերն ըստ երկարության՝ 8.0մմ, 10մմ, 13մմ, 15մմ, 18մմ, 23մմ, 28մմ, 30մմ: CE և FDA սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДԱՊԶԲ-25/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Դիլատացիոն կորոնար կաթետր	Meril	Mozec NC	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Բալոն ընդլայնվող գնդանոթով, ցուցված է կորոնար ստենոտիկ զարկերակի լայնացման կամ ստենոզված շունտի լայնացման համար՝ սրտամկանի պերֆուզիան լավացնելու համար, ինչպես նաև ստենոտների ընդլայնման համար՝ տեղադրումից հետո: Կաթետերի երկարությունը 142սմ: Պերիֆերիկ ծայրի տրամագիծը 1.98 Fr, դիստալ ծայրի տրամագիծը 2.7Fr: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կաթետրի չափերը՝ ըստ տրամագծի՝ 2.0մմ; 2.25մմ, 2.5մմ, 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ : Նոմինալ ճնշումը 12 ատմ,

					մաքսիմալ ճնշումը՝ 20 ատմ բոլոր տրամագծերի դեպքում: Կաթետերի չափերն ըստ երկարության՝ 8.0մմ, 10մմ, 13մմ, 15մմ, 18մմ, 23մմ, 28մմ, 30մմ: CE և FDA սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--