

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Y3T 1.3.03Փ	Y3T 1.3.03Փ	Y3T 1.3.03Փ	Мед ТеКо	Պետք է ունենա ճառագայթիչի շփման վերահսկում հիվանդի մարմնի հետ` գործընթացի ճիշտ իրականացման համար Պետք է ունենա ճառագայթիչի գերտաքացումից պաշտպանություն, որն ապահովում է օգտագործման անվտանգությունը Պետք է ունենա ուլտրաձայնային ճառագայթման առկայության լույսային ինդիկացիա Պետք է ունենա բազմհաճախականությամբ օժտված ճառագայթիչ Աշխատանքային ռեժիմը` շարունակական, իմպուլսային Աշխատանքային

հաճախականությունը՝ ոչ պակաս
 քան 0.88 / 2.64 ՄՀց Իմպուլսների
 հաջորդականության
 հաճախականությունը՝ ոչ պակաս
 քան 50 Հց Ճառագայթիչների
 քանակը՝ ոչ պակաս քան 2
 Ուլտրաձայնային թերապիայի
 իմպուլսների տևողությունը
 իմպուլսային ռեժիմում՝ ոչ պակաս
 քան 2 / 4 / 10 Ազդեցության
 արդյունավետ ինտենսիվությունը՝ ոչ
 պակաս քան 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 /
 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0
 Վտ/սմ² Աշխատանքային ռեժիմի
 կարգաբերման ժամանակը՝ ոչ
 պակաս քան 30վ Աշխատանքի
 ժամանակը շարունակական
 ռեժիմում ոչ պակաս քան 6ժ
 Տայմերի կարգավորման տիրույթը՝
 ոչ պակաս քան 1-30ր միջակայքում
 Սարքի կառավարումը պետք է լինի
 էլեկտրամեխանիկական Չափերը
 (ԵxLxԲ)՝ ոչ ավել քան
 260x218.5x108.5մմ
 Ճառագայթիչների չափերը՝ ոչ
 պակաս քան 150x86x40մմ
 Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, 50
 Հց Սարքի սպառած հզորությունը՝ ոչ
 ավել քան 45 Վ*Ա Սարքավորումը

				պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	УЗТ 1.3.03Ф	УЗТ 1.3.03Ф	УЗТ 1.3.03Ф	Мед ТеКо	Պետք է ունենա ճառագայթիչի շփման վերահսկում հիվանդի մարմնի հետ` գործընթացի ճիշտ իրականացման համար Պետք է ունենա ճառագայթիչի գերտաքացումից պաշտպանություն, որն ապահովում է օգտագործման անվտանգությունը Պետք է ունենա ուլտրաձայնային ճառագայթման առկայության լույսային ինդիկացիա Պետք է ունենա բազմհաճախականությամբ օժտված ճառագայթիչ Աշխատանքային ռեժիմը` շարունակական, իմպուլսային Աշխատանքային

հաճախականությունը՝ ոչ պակաս
 քան 0.88 / 2.64 ՄՀց Իմպուլսների
 հաջորդականության
 հաճախականությունը՝ ոչ պակաս
 քան 50 Հց Ճառագայթիչների
 քանակը՝ ոչ պակաս քան 2
 Ուլտրաձայնային թերապիայի
 իմպուլսների տևողությունը
 իմպուլսային ռեժիմում՝ ոչ պակաս
 քան 2 / 4 / 10 Ազդեցության
 արդյունավետ ինտենսիվությունը՝ ոչ
 պակաս քան 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 /
 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0
 Վտ/սմ² Աշխատանքային ռեժիմի
 կարգաբերման ժամանակը՝ ոչ
 պակաս քան 30վ Աշխատանքի
 ժամանակը շարունակական
 ռեժիմում ոչ պակաս քան 6ժ
 Տայմերի կարգավորման տիրույթը՝
 ոչ պակաս քան 1-30ր միջակայքում
 Սարքի կառավարումը պետք է լինի
 էլեկտրամեխանիկական Չափերը
 (ԵxLxԲ)՝ ոչ ավել քան
 260x218.5x108.5մմ
 Ճառագայթիչների չափերը՝ ոչ
 պակաս քան 150x86x40մմ
 Աշխատանքային լարումը՝ 220Վ, 50
 Հց Սարքի սպառած հզորությունը՝ ոչ
 ավել քան 45 Վ*Ա Սարքավորումը

				պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	---