

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 100-1000 մկլ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.2%: Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝  
121°C ջերմաստիճանում: Մեկ  
ձեռքով ծավալը կարգավորելու  
հնարավորություն: Ծայրակալները  
հեռացնող համակարգի  
երկարության կարգավորման  
հնարավորություն: Հեշտությամբ  
ստուգաչափման հնարավորություն:  
Հարվածների և  
ուլտրամանուշակագույն  
ճառագայթների նկատմամբ  
դիմացկունություն: Ծավալի  
չափման մոդուլի 360° պտույտի  
հնարավորություն: Արտադրողը  
պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485  
որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝  
առնվազն 1 տարի Մատակարարը  
պետք է ներկայացնի արտադրողի  
լիազորագիր՝ վերջնական  
օգտագործողի և մրցույթի համարի  
նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված եւ չպետք է  
պարունակի օգտագործած,  
վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:  
Մատակարարումից առաջ  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Մատակարարումը  
իրականացնել պատշաճ  
պայմաններում: Գնային

				ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի , քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appeal project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 100-1000 մկլ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.5\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$ : Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $0.5\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $0.4\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $0.2\%$ : Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝  
121°C ջերմաստիճանում: Մեկ  
ձեռքով ծավալը կարգավորելու  
հնարավորություն: Ծայրակալները  
հեռացնող համակարգի  
երկարության կարգավորման  
հնարավորություն: Հեշտությամբ  
ստուգաչափման հնարավորություն:  
Հարվածների և  
ուլտրամանուշակագույն  
ճառագայթների նկատմամբ  
դիմացկունություն: Ծավալի  
չափման մոդուլի 360° պտույտի  
հնարավորություն: Արտադրողը  
պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485  
որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝  
առնվազն 1 տարի Մատակարարը  
պետք է ներկայացնի արտադրողի  
լիազորագիր՝ վերջնական  
օգտագործողի և մրցույթի համարի  
նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված եւ չպետք է  
պարունակի օգտագործած,  
վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:  
Մատակարարումից առաջ  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Մատակարարումը  
իրականացնել պատշաճ  
պայմաններում: Գնային

				ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի , քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appeal project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--