

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzen Osen Technology Co.,Ltd.,China	YSFM90A	YSFM90A	Shenzen Osen Technology Co.,Ltd.,China	Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 7-Սեգմենտ LED 2 ալիք /FHR, UC/ Ջերմային տպիչի պարտադիր առկայություն տպման արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C ծրագրի առկայություն Ունենա ավտոմատ CTG վերլուծության հնարավորություն FHR չափում մուտքային ազդանշան՝ոլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ոլտրաձայնային հաճախականությունը՝ 1,0 ՄՀց

				Ուլտրաձայնային հզորությունը՝ 10 մՎտ/սմ² FHR-ի հայտնաբերման մեթոդը՝ ավտոմատ հարաբերակցություն FHR միջակայքը՝ 50-240 bpm ± 1 bpm FHR ճշգրտություն՝ ± 1 bpm նորմալ FHR միջակայքում Ուլտրաձայնային զգայունություն՝ 95 դԲ 150 մմ ՍՀ չափում Արգանդի կրճատման մոնիթրինգի ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հաճախականության արձագանք. DC $\sim 0,5$ Հց Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -EC Declaration of Conformity
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Shenzen Osen Technology Co.,Ltd.,China	YSFM90A	YSFM90A	Shenzen Osen Technology Co.,Ltd.,China	Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 7-Սեգմենտ LED 2 ալիք /FHR, UC/ Ջերմային տպիչի պարտադիր առկայություն տպման արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C ծրագրի առկայություն Ունենա ավտոմատ CTG վերլուծության հնարավորություն FHR չափում մուտքային ազդանշան`ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը` 1,0 ՄՀց

				Ուլտրաձայնային հզորությունը՝ 10 մՎտ/սմ² FHR-ի հայտնաբերման մեթոդը՝ ավտոմատ հարաբերակցություն FHR միջակայքը՝ 50-240 bpm $\pm$ 1 bpm FHR ճշգրտություն՝ $\pm$ 1 bpm նորմալ FHR միջակայքում Ուլտրաձայնային զգայունություն՝ 95 դԲ 150 մմ ՍՀ չափում Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հաճախականության արձագանք. DC $\sim$ 0,5 Հց Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -EC Declaration of Conformity
--	--	--	--	---