

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Amplatz Super Stiff, ուղղորդիչ	-	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.035 կամ 0.038 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 75 սմ, 145 սմ, 180 սմ, 260 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ խիստ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն (PTFE): Պահանջվող ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J-աձև 3մմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ձկուն ծայրի երկարությունները՝ 1սմ, 4սմ, 6սմ, 7սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ

				FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Amplatz Super Stiff, ուղղորդիչ	-	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.035 կամ 0.038 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 75 սմ, 145 սմ, 180 սմ, 260 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ խիստ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն (PTFE): Պահանջվող ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J-աձև 3սմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ձկուն ծայրի երկարությունները՝ 1սմ, 4սմ, 6սմ, 7սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ

				FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---