

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Microplate Reader	AMR-100T	Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.	Սարքը հուսալի և ամուր գործիք է բազմաթիվ հետազոտությունների և կլինիկական կիրառությունների համար: Այն կարողում է տարբեր տեսակի 96 տեղանոց պլանշետներ և հագեցած թափահարման գործառնություն: Այն կարող է օգտագործվել որպես առանձին գործիք կամ համակարգչի հսկողության ներքո կամ հատուկ ծրագրաշարով: Սարքը ունի լրացուցիչ ինկուբացիոն ֆունկցիա, ջերմաստիճանի միջակայքով $Rt+4^{\circ}C$ -ից մինչև $50^{\circ}C$ Սարքի 9 ալիքները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ, վերարտադրելի չափումներ: Սարքը հագեցած է հեշտ օգտագործման 7 դյույմանոց սենսորային էկրանով 3 արտաքին ստեղներով: 340-750 սմ ալիքի երկարության լայն շրջանակ Կարող է անհատապես օգտագործել կամ միանալ համակարգչի հետ և

			արտահանել արդյունքները Կլանման միջակայք՝ոչ պակաս 0.0-3.500 Abs 7-8 դիրքի օպտիկական ֆիլտրի անիվ, հագեցած ոչ ավել քան 5 ստանդարտ օպտիկական զտիչներով 96 տեղանոց պլանշետների արագ և ճշգրիտ չափում 6 վայրկյանում Մինչև 8-ալիք ELISA ընթերցող արագ չափումների համար Լրացուցիչ հղումային ալիք՝ օպտիմիզացված լույսի ինտենսիվության համար Վերջնակետի, կինետիկ և բազմաբնույթ պիտակի չափումներ մի շարք ծրագրերի համար Թափահարում փոփոխական ժամանակով և արագությամբ PC ծրագրակազմ, հատուկ ծրագրակազմ և միացված ծրագրակազմ հզոր և վավերացված տվյալների վերլուծության համար: Սարքի հետ մատակարարել նաև պլանշետներ աշխատանքի համար: Սարքը պետք է ունենա ստանդարտ ֆիլտրներ՝ 405,450,492,630նմ: Կվարց-հալոգենային լամպ: Գծայնություն՝ (0-2.000աբս.) $\leq \pm 1\%$, [2-4.000աբս.) $\leq \pm 2\%$ Բաժանում՝ 0.001Abs 3 տեսակ շեյք անելու պարամետրեր ՝ ուժեղ, թույլ, միջին: Ներառված ծրագիր և Touchscreen էկրան: Քաշը մինչև 15կգ Չափերը ոչ ավել՝ 450 x300 x 227 mm Մատակարարը պարտավոր է կատարել պատշաճ մատակարարում, տեղադրում : Աշխատակիցների ուսուցում և մեթոդաբանության ներդրում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Microplate Reader	AMR-100T	Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.	Սարքը հոսանքի և ամուր գործիք է բազմաթիվ հետազոտությունների և կլինիկական կիրառությունների համար: Այն կարողում է տարբեր տեսակի 96 տեղանոց պլանշետներ և հագեցած թափահարման գործառնություն: Այն կարող է օգտագործվել որպես առանձին գործիք կամ համակարգչի հսկողության ներքո կամ հատուկ ծրագրաշարով: Սարքը ունի լրացուցիչ ինկուբացիոն ֆունկցիա, ջերմաստիճանի միջակայքով $Rt+4^{\circ}C$ -ից մինչև $50^{\circ}C$ Սարքի 9 ալիքները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ, վերարտադրելի չափումներ: Սարքը հագեցած է հեշտ օգտագործման 7 դյույմանոց սենսորային էկրանով 3 արտաքին ստեղներով: 340-750 սմ ալիքի երկարության լայն շրջանակ Կարող է անհատապես օգտագործել կամ միանալ համակարգչի հետ և

			արտահանել արդյունքները Կլանման միջակայք՝ոչ պակաս 0.0-3.500 Abs 7-8 դիրքի օպտիկական ֆիլտրի անիվ, հագեցած ոչ ավել քան 5 ստանդարտ օպտիկական զտիչներով 96 տեղանոց պլանշետների արագ և ճշգրիտ չափում 6 վայրկյանում Մինչև 8-ալիք ELISA ընթերցող արագ չափումների համար Լրացուցիչ հղումային ալիք՝ օպտիմիզացված լույսի ինտենսիվության համար Վերջնակետի, կինետիկ և բազմաբնույթ պիտակի չափումներ մի շարք ծրագրերի համար Թափահարում փոփոխական ժամանակով և արագությամբ PC ծրագրակազմ, հատուկ ծրագրակազմ և միացված ծրագրակազմ հզոր և վավերացված տվյալների վերլուծության համար: Սարքի հետ մատակարարել նաև պլանշետներ աշխատանքի համար: Սարքը պետք է ունենա ստանդարտ ֆիլտրներ՝ 405,450,492,630նմ: Կվարց-հալոգենային լամպ: Գծայնություն՝ (0-2.000աբս.) $\leq \pm 1\%$, [2-4.000աբս.) $\leq \pm 2\%$ Բաժանում՝ 0.001Abs 3 տեսակ շեյք անելու պարամետրեր ՝ ուժեղ, թույլ, միջին: Ներառված ծրագիր և Touchscreen էկրան: Քաշը մինչև 15կգ Չափերը ոչ ավել՝ 450 x300 x 227 mm Մատակարարը պարտավոր է կատարել պատշաճ մատակարարում, տեղադրում : Աշխատակիցների ուսուցում և մեթոդաբանության ներդրում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	---