

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Introducer	.	Terumo	Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար՝ 4-8 Fr տրամագծերով՝ կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից: Ռադիալը կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 Fr , 5-6 Fr և 6-7 Fr ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում և առանց այն փոխելու ստենտավորում՝ օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսեր 2-ի փոխարեն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի երկարությունը 10 սմ և 7 սմ: Համատեղելի է՝ 4Fr-ի դեպքում՝ 0.035"(0.89մմ), մնացած բոլոր տեսակների դեպքում 0.038 (0.97մմ) տրամագծով ուղորդիչի հետ: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս

				առանց լրացուցիչ միջամտության (օր.նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,</p> <p>առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-2025/16-21-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Introducer	.	Terumo	Набор интродьюсеров для бедренных и лучевых вмешательств диаметром 4-8 Fr в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Радиальный также может быть универсальных диаметров 4-5 Fr, 5-6 Fr и 6-7 Fr, благодаря чему интродьюсер позволяет проводить диагностику и стентирование без его замены, используя один интродьюсер вместо 2. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина кончика составляет 10 см и 7 см. Совместим с проводником диаметром 0,035" (0,89 мм) для 4Fr и 0,038 (0,97 мм) для всех остальных типов. Переход дилататора в струю осуществляется с высокой точностью, что позволяет вводить интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного

				вмешательства (например, лезвия-ланцета). Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства. Не менее 50% от полного срока годности на момент поставки
--	--	--	--	--