

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀՃՀԽ-2025-50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրման սարք BeneHeart R300	Էլեկտրասրտագրման սարք BeneHeart R300	BeneHeart R300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական ԷՍԳ Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. Անկյունագիծը` 5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 1.25, 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

PR- ի միջակայքում QRS
տևողությունը QT ընդմիջում և QTc
միջակայք, Սոկոլով-Լին ինդեքս P,
R, T առանցք
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
Աղմուկի հարմարվողական թվային
գտում՝ 0.56-350 Հց
հաճախականությամբ միջակայքում
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ
/ մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 20մմ
Համատեղելի ինչպես
գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ձևի
թղթի հետ Ձայնագրման
արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /12.5 /
25/50 օգտագործողի կողմից
ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող
մարտկոց Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. 6 ժամ շարունակական
աշխատանք կամ 500 EՍԳ
ձայնագրում Միացման ձևը՝
ստանդարտ կամ կաբրերա EՍԳ
ինտերպրիտացիայի առկայություն

1200 ԷՍԳ հիշելու ունակություն
Ներկառուցված դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանության համակարգի
առկայությունն Փոխանցվող
տվյալների ձեռնարկը՝ HL7, XML եւ
DICOM DICOM Services (C-STORE, C-
FIND, C-MOVE, C-GET, Modality
Worklist (MWL) պրոտոկոլների
ապահովում "Էլեկտրոնային
առողջապահական համակարգ
փոխանցվող պարտադիր թվային
տվյալների ցանկը՝ left axis
deviation, right axis deviation, QTc
interval, long QT interval, long QTc
interval, short QT interval, short QTc
interval, ST segment elevation, ST
segment depression, absent ST
segment, PR segment depression, PR
segment elevation, PR prolongation,
positive P wave, negative P wave,
wide P wave, high QRS voltage, low
QRS voltage, short PR interval, short
RP interval, PR interval, absent P
waves, flattened P wave, inverted P
waves, flattened T waves, hyperacute
T wave, peaked T wave, tall T wave, T
wave notching, T wave inversion,
decreased T wave amplitude, biphasic
T waves, pathological Q waves, delta

wave, pseudo r' wave, fibrillatory waves, flutter waves, wide QRS complexes, regular QRS intervals, irregular QRS intervals, regularly irregular QRS intervals, irregularly irregular QRS intervals, premature atrial contractions, premature ventricular contractions, normal sinus rhythm, Heart Rate, left posterior fascicular block, left anterior fascicular block, left bundle branch block, right bundle branch block, left atrial abnormality, right atrial abnormality, hypertrophy of right ventricle, hypertrophy of left ventricle, complete atrioventricular block, sinoatrial exit block, ventricular bigeminy, ventricular couplets, non-sustained ventricular tachycardia, sustained ventricular tachycardia " "Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող ցանկալի բայց ոչ պարտադիր թվային տվյալների ցանկը` P after QRS, non-conducted P waves, prominent U waves, negative U waves, J wave, epsilon wave, electrical alternans, clockwise cardiac rotation, torsade de pointes, sinus

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе № 426210-2025-50 ниже представляет полное описание предлагаемого

arrest, alternating bradycardia and tachycardia, ventricular trigeminy, S1Q3T3 pattern, McGinn-White sign, sine wave pattern" ԷՍԳ զեկուլյցը համակարգչին կամ սմարթֆոնին ուղարկելու գործառույթի առկայությունը Համակարգչի վրա ԷՍԳ տվյալների պահպանում, ստուգում և պահիվազում Հարիս կոդի սկաների միացման անարավորությունը Wi-Fi մոդուլի առկայությունը Էլեկտրոստուգումը` технические характеристики` 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայությունը

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	технические характеристики` 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայությունը
1					<p>Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի</p>

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Մատակարարը կիրականացնի աշխատակազմի ուսուցում տեղում` 10 մարզկենտրոններում հրավիրված ԲՄԿ աշխատակիցների համար
--	--	--	--	--	---