

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	թորակալ դրենաժ 18 fr թեք SMD1002A	Sterimed Group	Թերմոպլաստիկ բժշկական ՊՎԶ-ից դրենաժ, լատեքս և ֆտալատ չպարունակող, ապիրոգեն, նախատեսված խոռոչից հեղուկի և օդի հեռացման համար: ՈԲՆի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և տեղադրման խորության վերահսկման սանտիմետրային սանդղակ 2 սմ քայլով, հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: Պրոքսիմալ հատվածում առկա է բժշկական ՊՎԶ-ից պատրաստված կոնաձև լեզվակային միակցիչ հոլսալի ֆիքսման և սահուն տեղադրման համար, ինչպես նաև բժշկական ABS-ից միակցիչ: Երկարությունը 45սմ: Չափսը 18Fr.: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեխնիկական պարամետրերի և օգտագործման կանոնների գործարանային ձեռնարկի առկայություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ. 1. ISO 13485 2. EU 2017/745 (MDR)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գորգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
19			