

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր կահույք /դեզինֆեկցիոն պահարան/ Պահարանը նախատեսված է գրքերի գոլորշիաօդային մեթոդով ախտահանման համար: Պահարանը պետք է ունենա 2 դուռ: Արտաքին կորպուսի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Կառավարման համակարգ՝ սենսորային Էկրանով՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, որը ցուցադրում է ծրագրի փուլերը (տաքացում, Էքսպոզիցիա, ավարտ), ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ընդհանուր տևողությունը Ձերմաստիճանի կարգավորում՝ 50-ից 100°C խոնավության կարգավորում՝ 25-ից 99% Ախտահանման ռեժիմներ՝ գոլորշիաօդային և գոլորշիաֆորմալինային Կառավարման ռեժիմներ՝ ավտոմատ Ձերմամեկուսացման նյութ՝ չայրվող, հանքային բամբակից, չունենա ջերմաէներգիայի կորուստ՝ ոչ պակաս, քան 3.9 Վտ/ժ քմ Դռների հերմետիկ փակման հնարավորություն՝ սիլիկոնե փականներով Տաքացման ժամանակը՝ 30 րոպե Նվազագույնը 3 դարակ՝ չժանգոտվող պողպատից, ծակոտիներով, բարձրությունը՝ կարգավորվող Ծավալներ Ընդհանուր ներքին ծավալ՝ 2.8 մ³ (±0.2): Բեռնման ծավալ՝ 2.0 մ³ (±0.2): Չափեր և քա Լայնություն՝ 1010-1350 մմ Բարձրություն՝ 2000-2350 մմ Խորությունը՝ 600-800 մմ Քաշ՝ 1000 կգ Սնուցում Հոսանքի տեսակ՝ փոփոխական, եռաֆազ Լարում՝ 380 Վ Հաճախականություն՝ 50 Հց Հզորությունը՝ մինչև 12 կՎտ Սարքը պետք է ունենա՝ -ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի միացում -դռների փականներ -անհատական ծրագրի սահմանման հնարավորություն -սվետոդիոդային ցուցիչներ աշխատանքի ռեժիմների համար -ինքնամեկուսացման համակարգ հնարավոր սխալների հայտնաբերման համար -ավտոմատ վթարային ցուցիչ և բորբոսասնկերով աղտոտվելու դեպքում վթարային կանգառի կոճակ -ավտոմատ ջրի մատակարարում գոլորշիացուցիչում և դրա մակարդակի պահպանում

ամբողջ ցիկլի ընթացքում: Պահարանը պարտադիր պետք է ներառի՝ - Ներկառուցված գոլորշիացուցիչ՝ 1 հատ - Բեռնման սայլակ՝ չժանգոտվող մետաղից՝ 1 հատ - Ջրի լցման կոլեկտոր էլեկտրամագնիսական փականի հետ՝ 1 հատ - Էքստրակտորային օդանցք փականով՝ 1 հատ - Էլեկտրական քաշող մեխանիզմ օդանցքի համար՝ 1 հատ - Ներկառուցված օդանցքի օդափոխիչ - Ներկառուցված ցիրկուլյացիոն օդափոխիչ - Օդանցքի ամրացման հավաքածու՝ 1 հատ - Փոքր բաժակ ջերմաչափի համար՝ 1 հատ - Պաշտպանիչ ցանցերի հավաքածու՝ 1 հատ - Ջրի ջերմատաքացուցիչ (ՏԷՆ)՝ 1 հատ /լրացուցիչ/ - Օդի ջերմատաքացուցիչ (ՏԷՆ)՝ 1 հատ /լրացուցիչ/ Պահանջվող փաստաթղթեր Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է՝ - ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: -առողջապահության նախարարության կողմից տրված համապատասխանության սերտիֆիկատ -ապրանքի օգտագործման ուղեցույց և անձնագիր Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱԼ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQS-EU&U72F-36/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Лабораторная мебель / шкаф для дезинфекции/ Шкаф предназначен для дезинфекции книг паровоздушным способом. В шкафу должно быть 2 дверцы. Материал внешнего корпуса: Нержавеющая сталь Система управления с сенсорным экраном: микропроцессорное управление, отображающее этапы проекта (нагрев, экспозиция, завершение), температуру, влажность, общую продолжительность Регулировка температуры: от 50 до 100°C Регулирование влажности: от 25 до 99% Режимы дезинфекции: паровоздушный и пароформалиновый Режимы управления: автоматический Теплоизоляционный материал из негорючего минерального хлопка, без потерь тепловой энергии не менее 3,9 Втч на квадратный метр Возможность герметичного закрытия дверей силиконовыми замками Время разогрева: 30 минут Минимум 3 полки из нержавеющей стали с отверстиями, регулируемой по высоте Объемы Общий внутренний объем: до 2,8 м3 ($\pm 0,2$). Загрузочный объем: не менее 2,0 м3 ($\pm 0,2$). Размеры и вес Ширина: 1010-1350 мм Высота: 2000-2350 мм Глубина: 600-800 мм Вес: не менее 1000 кг Питание Тип тока: переменный, трехфазный Напряжение: 380 В Частота: 50 Гц Мощность: до 12 кВт Устройство должно иметь` -подключение системы водоснабжения и водоотведения -дверные замки -возможность определения индивидуального плана -светодиодные индикаторы режимов работы -система самоизоляции для обнаружения возможных ошибок -автоматический аварийный индикатор и кнопка аварийной остановки в случае заражения грибками. -автоматическая подача воды в испаритель и поддержание ее уровня на протяжении всего цикла. В шкаф обязательно должны входить` - Встроенный испаритель: 1 шт. -

	Погрузочная тележка из нержавеющей стали, 1 шт. - Коллектор для наполнения водой с электромагнитным клапаном, 1 шт. - Вытяжное вентиляционное отверстие с клапаном, 1 шт. - Электрический тяговый механизм для вентиляционного отверстия: 1 шт. - Встроенный вентилятор с вентиляционным отверстием - Встроенный циркуляционный вентилятор - Комплект крепления вентиляционного отверстия: 1 шт. - Маленькая чашка для термометра: 1 шт. - Набор защитных сеток: 1 шт. - Водонагреватель (TEN): 1 шт. /Дополнительно/ - Воздушный радиатор (TEN): 1 шт. /Дополнительно/ Необходимые документы На этапе заключения контракта продавец обязан` - отправить письмо с авторизацией от производителя. -сертификат соответствия, выданный Министерством здравоохранения -руководство пользователя и паспорт продукта Установить гарантийный срок не менее 2 лет, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем. дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены /заменены детали/ или заменен товар на новый в течение разумного срока, установленного покупателем. транспортировка, обращение, установка, тестирование товара осуществляются поставщиком. согласовать с заказчиком дату поставки:
--	--