

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	VWR	Դենսիտոմետր (խտության որոշում) - Հաշվարկման միջակայք՝ 0.00–15.00 McF; Ցուցադրման լուծաչափ՝ 0.01 McF; ճշգրտություն (0.0–6.0 McF) $\pm 3\%$; Նմուշի ծավալ՝ ոչ պակաս քան 2 մլ; Ցուցադրման տիպ՝ LCD; Արտաքին Էլ. սնուցում՝ մուտք AC 100–240 Վ, 50/60 Հց; Ելք DC 12 Վ: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
18	VWR	Դենսիտոմետր (խտության որոշում) - Հաշվարկման միջակայք՝ 0.00-15.00 McF; Ցուցադրման լուծաչափ՝ 0.01 McF; ճշգրտություն (0.0-6.0 McF) $\pm 3\%$; Նմուշի ծավալ՝ ոչ պակաս քան 2 մլ; Ցուցադրման տիպ՝ LCD; Արտաքին էլ. սնուցում՝ մուտք AC 100-240 Վ, 50/60 Հց; Ելք DC 12 Վ: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: