

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր- մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերականգնողական ծառայության և ընդլայնված վերականգնողական ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ոչ ավել քան` 370 x 245 x 345 mm Քաշը ոչ ավել քան ` 5,6 կգ / Ներառյալ մարտկոդները / Սնուցումը

					AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12V փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ : Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V - 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանակը առնվազն 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել 3 ժամ Առնվազն 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը առնվազն 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում Երկփուլային կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն
--	--	--	--	--	---

կոնպենսացվող , միջակայքը ոչ ավել
25-200 օհմ Վերալիցքավորում`
առնվազն 6վ 230ջ AED ռեժիմ
Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ
Կիրառվող պրոտոկոլը առնվազն`
ERC 2015 սիրտ-թոքային
վերակենդանացման ուղեցույցներ`
ձայնային և տեքստային
հուշումներով Շոկային ռեժիմները`
VF ամպլիդուտը » 0.15 mV և VT
ռիթմը »150 bpm Չգայունությունը`
Շոկային ռիթմ-VF » 95%, Շոկային
ռիթմ - VT » 75% Սպեցիֆիկությունը`
Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ
սինուսոիդալ ռիթմ » 99%,
Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր
» 95% Manual ռեժիմ Առնվազն 1 -
230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից
230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ`
Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման
կոճակ: Լիցքավորման և
հարվածային կոճակ անմիջապես
առջևի վահանակում` ձեռքերը
ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար
Գործարկման ռեժիմ` ԷՍԳ «R» ալիքի
սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ
Էկրանը` Բարձր կոնտրաստային TFT
գունավոր LCD առնվազն 7 դյույմ
(800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ`

						Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ Թողունակությունը առնվազն՝ 0.5 - 120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը անջատած վիճակում CMRR » 95 դԲ Մուտքային դիմադրողականություն՝ » 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ առնվազն 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - ստանդարտ Ուժեղացում առնվազն՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն առնվազն՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Չտիչներ ոչ պակաս՝ 550/60 Հց, ԷՍԳ ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը առնվազն՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր առնվազն՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք Էկրանին Ազդանշան՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ՝ Ինտեգրված ջերմային առնվազն 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և իրադարձությունների
--	--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը նվազագույնը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները առնվազն ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետիարվածային ճակագրություն) ԱՄՆ ԿԸԳ ԿԸԳ-2025/19-ի նիժե Արտեսուհարներ Պայուսակի առկայություն Տեղադրման սկզբնական մարտի ԸԸԳ մարտի տեխնիկական հատկություններ առնվազն 5 արտածման համար
ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <code>EMAR-EGG-2025/19</code> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
2					Տախչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 10 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի ՝ IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 1 տարի: