

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/226 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թվային ոլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Թվային ոլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Թվային ոլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Թվային ոլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	A / D փոխար+B3:B68կիչի բիթերի քանակը ոչ պակաս քան 12, Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128, Մշակման ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 65000, Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 208dB, Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում, Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ ոչ պակաս քան 8, Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ ոչ պակաս քան 30 սմ, Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. ոչ պակաս

քան x10, Բարձր հստակության
 թվային մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան
 21", Թողունակությունը՝ ոչ պակաս
 քան 1920 x 1080, Մոնիտորի
 կարգաբերում. թեքություն և
 պտույտ, Հրահանգների կատարման
 հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան
 10", Ստեղնաշար, Պատկերավորման
 ռեժիմների հնարավորություն(ոչ
 պակաս քան), 2D (B-ռեժիմ), B
 ռեժիմի ղեկ, B ռեժիմի ավտոմատ
 կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,
 THI (ներդաշնակ պատկերավորում),
 M ռեժիմ, անատոմիական M,
 գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի
 պատկերավորում), PW/CW դոպլեր,
 TDI (հյուսվածքային դոպլեր),
 3D/4D,Widescan (trapezoidal
 լայնաֆորմատ պատկերում, գծային
 տվիչով) Պետք է ունենա B ռեժիմ.
 Կադրերի հաճախությունը B
 ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 1150
 կադր/վրկ գույների քարտեզը՝ ոչ
 պակաս քան 12 Պետք է ունենա M
 ռեժիմ Պետք է ունենա B և M
 ռեժիմների համադրություն իրական
 ժամանակում Պետք է ունենա B/M և
 գունային ռեժիմների
 համադրություն իրական

					Ժամանակում Պետք է ունենա PWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան Պետք է ունենա CWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր. Պետք է
--	--	--	--	--	--

					ունենա առաջադեմ դիսամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 6 Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն Պետք է ունենա AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից)。 Մանկաբարձություն, սրտաբանություն, անգիոլոգիա,
--	--	--	--	--	---

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU-2019-02P-25/226 ниже			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4 Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 1.5-ից 5 Միջ միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ ոչ պակաս քան 60 աստիճան Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 192
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	технические характеристики Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3-ից 11.5 Միջ միջակայքում Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 2000 կադր Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել
1					

						համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Պետք է ունենա ներկառուցված DVD կամ USB Պետք է ունենա սև-սպիտակ տպիչ. Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA , Սարքի տեղադրումը և Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը
--	--	--	--	--	--	---

					իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	--