

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր, Էկրանի չափը առնվազն 12'' , գունավոր հպումային, LCD առնվազն 800 X 600 պիքսել Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2 S-T սեզմենտի և առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամ զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0),

					40mm/mV(x4.0) Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում՝ 1-25 Hz Դեֆիբրիլիացիայից հետո վերականգնման ժամանակը՝ ոչ ավել 5վ Սրտի զարկեր Միջակայք՝ մեծահասակների համար ոչ պակաս 15-ից 300գ/ր Մանկական կամ նորածիների համար ոչ պակաս 15-ից 350գ/ր Չարկերի չափման սխալանքը՝ ոչ ավել ± 1 գ Ազդանշանային համակարգ Վերևի սահման՝ մեծահասակների համար ոչ պակաս 16-300գ/ր, մանկական /նորածնային ոչ պակաս 16-350գ/ր Ներքևի սահման՝ մեծահասակների համար 15-290գ/ր, մանկական /նորածնային 15-340գ/ր RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո- իմպենդանս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL Ալիքի ուժեղացումը՝ X0.5, x1, x2 Չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2011 Չափման միջակայքը՝ 0-100%
--	--	--	--	--	--

					Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին՝ ± 3 % Չարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) - 25-250 NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / շարունակական Առնվազն 100,000 չափման հնարավորությամբ Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում ոչ պակաս քան 1/2/3/4/5/1 0/15/30/60/90/120/180/240/480min (րոպե) Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Չափման տևողությունը առավելագույնը 20-40 վ Սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 40-270 -Մանկական ոչ պակաս - 40-200 -Նորածնային ոչ պակաս - 30-140 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 10-210 -Մանկական ոչ պակաս - 10-162 -Նորածնային ոչ պակաս - 10-90 Միջին միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 20-230 -Մանկական ոչ պակաս - 20-175 -Նորածնային ոչ պակաս - 20-100 Պետք է ունենա ներկառուցված գերճնշումից պաշտպանման
--	--	--	--	--	--

					համակարգ /սարքավորումով /` -Մեծահասակ առավելագույնը - 320-330 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 265-275մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 160-165մմսս գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /ծրագրային /` -Մեծահասակ առավելագույնը - 300 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 240մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 150մմսս TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2009 Մեթոդը` թերմիստոր Միջակայք ` 0-50 °C (32 to 122 °F) Քայլերը ` 0,1C Ուղիների քանակը առնվազն ` 2 Պարամետրեր ` T1, T2, and TD Աքսեսուարներ EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 3 ուղիանի NIBP մանժետ առկայություն` մեծահասակների և մանկական SpO2 տվիչ բազմակի օգտագործման Ջերմաստիճանի տվիչ Հոսանքի սնուցման մալուխ Մեկ անգամյա օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդներ (առնվազն 40հատ) Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն` 10 հատ Տվյալների
--	--	--	--	--	---

					պահպանում առնվազն Թրենդ՝ նվազագույնը 168 ժամ Ահազանգեր՝ ոչ պակաս 200 ֆիզիոլոգիական ահազանգ, ոչ պակաս 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ ոչ պակաս 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը առնվազն 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ՀԱՆՏՈՑ-ԷԱԾԳ 12F-2025/19 ինչ իստերֆեյս՝ առնվազն RJ45, USB Բաշը ոչ ավել 2,8 կգ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և տեխնիկական հատկությունները չփոխված, երաշխիքային Ժամկետը առնվազն՝ 2 տարի
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара
					МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					