

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր Չափերը՝ առավելագույնը ամեն կողմի համար 362.5մմ×277.5մմ×135 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ առավելագույնը 4.5 կգ: Դիսփլեյ՝ առնվազն 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Պետք է ունենա վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց առնվազն 11 վոլտ լարումով, առնվազն 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է առնվազն 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի

					վիճակի վերաբերյալ լուսային ցուցանշանների առկայություն: Առկա է ներկառուցված լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշար: Ստանդարտ սենսորային միակցիչ առնվազն 4 տող: Ցանցային միակցիչ առնվազն մեկ RJ-45: Պետք է ունենա լոկալ ցանցին միանալու և հեռագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ների փոխանցման համակարգին: Պետք է ունենա ստանդարտ առնվազն USB 2.0 սկավառակը, սկաները և տպիչ միացնելու համար: Պետք է ունենա առնվազն ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն առնվազն 800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման համար: Պետք է ունենա լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի կամ U disk-ի միջոցով: Պետք է ունենա տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: Պետք է ունենա տվյալների պահպանման առնվազն PDF DAT JPEG
--	--	--	--	--	--

					Ֆորմատներով և Dicom առկայություն, FDA-XML Ֆորմատները: Պետք է ունենա ջերմային կետային զանգվածով աշխատող տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն առնվազն՝ 39 կետ/մմ: Ուղղահայաց լուծելիություն առնվազն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ, սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման լայնությունը առնվազն՝ 213 մմ (սարքի արդյունավետ տպագրման լայնությունը առնվազն 209 մմ: Թուղթ՝ առնվազն 209 մմ $\times$ 139 մմ $\times$ 19 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝ ծալովի ջերմագայուն տպագրական թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ: 3$\times$4, 3$\times$4+1R, 3$\times$4+3R, 6$\times$2,6$\times$2+1R, 6$\times$2+3R, 12$\times$1, 12$\times$1 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի, ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝ 1 րոպե, 3 րոպե): ԷՍԳ ալիքի ձևեր առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR ճշգրտություն՝ ± 1bpm (10s միջին), սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$, 0,333: Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու
--	--	--	--	--	---

					հնարավորություն՝ P ժամանակի սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS ժամանակի սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing, SV1swing, RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing, P առանցք, QRS առանցք, T առանցք: Ախտորոշման վերլուծություն առնվազն՝ 130 տեսակ: Ազդանշանները մուտքագրվում են առնվազն 12 արտածումներով, պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն, պետք է աշխատում է սրտի ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը առնվազն՝ ± 600 մՎ: Հաճախականության արձագանք առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային գտիչը հնարավոր է միացնել և անջատել: ԷՍԳ գտիչներ առնվազն՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ ֆիլտրեր առնվազն՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ: Հաճախականության գտիչը հնարավոր է անջատել և միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ ընտրություն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20,
--	--	--	--	--	--

					հավաքածու: Մեկ անգամյա օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդների առկայությունն առնվազն՝ 80 հատ: Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն՝ 2 հատ: Հաղթող մասնակիցը տրամադրում է անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար: Համապատասխանում է առնվազն IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամեկտը առնվազն՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--