

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	դեֆիբրիլյատոր Beneheart D30	դեֆիբրիլյատոր Beneheart D30	Beneheart D30	Mindray Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Դեֆիբրիլյատոր • Ալիքի ձևը՝ երկֆազային կտրված էքսպոնենցիալ հարմարեցված պացիենտի իմպեդանսին, • Էներգիայի մատուցումը՝ մեծահասակների բազմաֆունկցիոնալ արտաքին Էլեկտրոդների միջոցով (մանկական Էլեկտրոդները ներառված են), միանգամյա օգտագործման ներքին Էլեկտրոդների միջոցով • Ելքի Էներգիայի ճշգրտությունը՝ $\pm 10 \%$ կամ $\pm 2\text{Ջ}$, • Լիցքավորման Ժամանակը՝ 3վ մինչև 200Ջ՝ ամբողջությամբ լիցքավորված

մարտկոցով, ԷՍԳ մոնիտոր •
Մուտքեր՝ 3 արտածումների լարեր՝ I,
II կամ III 5 արտածումների լարեր՝ I,
II, III, aVL, aVF, aVR և V 10
արտածումների լարեր՝ I, II, III, aVL,
aVF, aVR և V1-ից V6 ԷՍԳ
ազդանշանը կարելի է ստանալ լարի
միջոցով, բազմակի օգտագործման
Էլեկտրոդների միջոցով, միանգամյա
օգտագործման ներքին
Էլեկտրոդների միջոցով կամ
բազմաֆունկցիոնալ միանգամյա
օգտագործման Էլեկտրոդների
միջոցով: 3+3 ԷՍԳ ալիքները կարող
են ցուցադրվել միաժամանակ: •
Չգայունությունը՝ 0.125, 0.25, 0.5, 1,
2 և 4 սմ/մվ, • ՍԿՀ 15 – 300 կծկում
րոպեում ± 10 % ճշգրտությամբ, •
ՍԿՀ լուծելիությունը՝ 1 կծկում
րոպեում, Մանուալ ռեժիմ •
Էներգիայի առավելագույն
մակարդակը (կարգավորվող)՝ 200Ջ
մեծահասակների, 90Ջ երեխաների
համար, • Ջայնային և պատկերվող
հաղորդաբություններ՝
գործողությունների ուղեցույց, • ՍԹՎ
օժանդակություն՝ մետրոնոմ,
սեղմումների հաճախականության
գնահատում իրական ժամանակում,

					• Էներգիայի հասանելի ցուցանիշները՝ լիցքավորման ծայն, հասանելի Էներգիայի ծայն, լիցքաթափման թարթող կոճակ, հաղորդագրություն և պատկեր Էկրանին, • Հայտնաբերման ալգորիթմի զգայունությունը և սպեցիֆիկությունը պետք է համապատասխանի AHA պահանջներին, Էկրան • Չափը՝ 8 “ • Լուծելիությունը՝ 1024 x 768 պիքսել, • Սկանավորման արագությունը՝ 6.25-50 մմ/վ ԷՍԳ և SpO2 ալիքների համար, • Ալիքների տեսաբերման ժամանակը՝ 5վ ԷՍԳ ազդանշանի համար Տպիչ • Տեսակը՝ 50մմ, ջերմային • Արագությունը՝ 6.25, 12.5, 25 և 50 մմ/վ $\pm$ 5% ճշգրտությամբ • Աշխատանքի ռեժիմները՝ Մանուալ՝ ալիքները տպվում են գործողություններին և չափումներին համընթաց, Ավտոմատ, Ուշացած, • Տվյալների պահպանում • Ներքին հիշողությունը՝ պահպանում է գործողությունների հաշվետվությունը և բոլոր պարամետրերի փոփոխությունները միացնելուց հետո առավելագույնը
--	--	--	--	--	---

24 ժամվա ընթացքում, •
 Հիշողության կոմպակտ կրիչ՝
 պահպանում է EՍԳ ազդանշանը
 բոլոր գործողությունների հետ
 միասին, • Տվյալների դիտում՝
 համակրգչի միջոցով, ներբեռնելու,
 վերարտադրելու, մշակելու և
 պահպանելու հնարավորություն
 Մարտկոց • Վերալիցքավորվող՝ Li-
 ion (NiMH-ին համարժեք) 4.5 ԱԺ, 12
 Վ, • Ունակությունը՝ 220 հարված
 360Ջ էներգիայով (նոր,
 ամբողջությամբ լիցքավորված, 25°C
 պայմաններում), 390 ր EՍԳ
 մոնիթորինգ, • Լիցքավորման
 ժամանակը՝ 3ժ, Արտաքին
 պայմաններ • Օգտագործման
 ջերմաստիճանը՝ դիապազոն -20 -
 55°C, • Պահպանման
 ջերմաստիճանը՝ դիապազոն -40 -
 75°C, • Խոնավությունը՝ դիապազոն
 5 - 95%, • Բարձրությունը՝
 դիապազոն -382 - 4575մ, •
 Պաշտպանության դասը՝ առնվազն
 IP33, • EMC EN 60601-1-2:2015, •
 Հարվածները EN 1789, • AC
 էլեկտրասնուցում՝ մուտքը ոչ ավել
 100 - 240Վ, 50/60Հց, 1.8-0.8Ա, • DC
 էլեկտրասնուցում՝ ոչ ավել 11.5 - 16

					VCC, 11Ա, • Չափերը (LxԽxԲ)՝ 295x262x186մմ • Քաշը՝ գլխավոր սարքը տպիչով, միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդներով, առանց մարտկոցի՝ 4.2 կգ, արտաքին էլեկտրոդները՝ 1կգ, մարտկոցը՝ 1կգ Արտադրողի սերտիֆիկատ՝ ISO13485:2016: Ապրանքների րկի որոշ պարամետրերը և արտադրողի անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են տեխնիկական համար: Նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20004-F4-EU-2012-F-67/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական համար: Նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					
					օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովում է ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը կկատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ

					վերջինիս ներկայացուցչի կողմից Երաշխիքային Նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--