

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	T50	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր նախագծված է հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան նախատեսված է նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի 3 ժամ ամբողջական աշխատանք MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն Տուրբինային ձևով թթվածնային կոնցենտրացիայի

					կարգավորման հնարավորությամբ կարող է աշխատել առանց թթվածնի FiO_2 21-100% միջակայքում կարող է աշխատել բարձր և ցածր հոսքի թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ 20 - 2000 մլ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 - 1:8 տիրույթում PEEP. 0 - 40 սմ H₂O միջակայքում Տրիգերի զգայունությունը -0,5-ից -6,0 սմ H₂O միջակայքում Շնչառական հաճախությունը. 1,5-100 շնչ/րոպե միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Սնուցում՝ 240 վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական
--	--	--	--	--	---

					խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, սարքը թթվածնի բալոնին միացնելու համար նախատեսված խողովակ՝ 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Телиа-Мед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/35
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	T50	Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd.	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր նախագծված և հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան նախատեսված և նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի 3 ժամ ամբողջական աշխատանք MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն Տուրբինային ձևով թթվածնային կոնցենտրացիայի

					կարգավորման հնարավորությամբ կարող է աշխատել առանց թթվածնի FiO_2 21-100% միջակայքում կարող է աշխատել բարձր և ցածր հոսքի թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ 20 - 2000 մլ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 - 1:8 տիրույթում PEEP. 0 - 40 սմ H₂O միջակայքում Տրիգերի զգայունությունը -0,5-ից -6,0 սմ H₂O միջակայքում Շնչառական հաճախությունը. 1,5-100 շնչ/րոպե միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Սնուցում՝ 240 վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական
--	--	--	--	--	---

					խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, սարքը թթվածնի բալոնին միացնելու համար նախատեսված խողովակ՝ 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---