

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	accu chek performa	accu chek performa	accu chek performa	Roche Diabetes Care	Ակկու-ՉեկՊերֆորմա թեստ- երիզներ, ֆորմատը՝ 50-100 հատ Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ :Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8- 44 °C :Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝ համակարգը

				կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին: Ֆերմենտ՝ Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստ-երիզների ժամկետը՝ պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 ՝ տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի չափորոշիչներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94Р4-ЕЦХЦП2Р-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44					