

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medtronic/Covidien	Covidien	Covidien	Medtronic/Covidien	Բարձր հաճախականությամբ էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված, Լիգաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության` ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ LON միջամտությունների `

տոնզիլեկտոմիայի միջամտությունների համար: Բոլոր տեսակի Լիգաշուր համակարգի համադրումը TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է հյուսվածքների դիմադրության փոփոխությունները վայրկյանում 434000 անգամ տալով համապատասխան կուագուլիացիայի էներգիա : Համակարգի վրա պետք է լինի առկա երկու երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումներ հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ, որը թույլ է տալիս SHARED coag ռեժիմով միաժամանակյա աշխատելու , որ համադրվում է TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ: Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով` Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է SHARED coag ռեժիմով : Լիգաշուր միացումը Valleylab™ Exchange ծրագրի հավելվածի միջոցով համադրվում է LON- միջամտությունների համար

						Նախատեսված BiZact[™] տոնզիլեկտոմիայի միջամտության համար նախատեսված գործիքին : Լապարասկոպիկ վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • LIGASURE<sup>™</sup> BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ • LIGASURE<sup>™</sup> MARYLAND 5 մմ- 23սմ , 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ- 23սմ , 37սմ: Բաց վիրահատության` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • IMPACT • LIGASURE[™] STD , LIGASURE[™] STD • LIGASURE[™] AXS LIGASURE[™] STD • LIGASURE[™] XTD LIGASURE[™] X • Միաբևեռ մասնահատման ռեժիմներ Pure, Blend, Valleylab • Միաբևեռ կոագուլյացիայի ռեժիմներ` Fulgurate, Spray, Soft, Shared • Երկբևեռ ռեժիմներ` ցածր, միջին, բարձր` համադրելի TissueFect Probing<sup>™</sup> տեխնոլոգիայի հետ: • Valleylab-ի հատուկ մոնոպոլային դիսենցիոն ռեժիմ` միաժամանակյա հեմոստազով: • Ճրագրային ապահովման արդիականացման համակարգ նոոլթբուքի միջոցով • Երկբևեռ տրանստրետորալ
--	--	--	--	--	--	--

					ռեգեկցիայի եղանակներ COAG կոագուլյացիա և CUT մասնահատում: • 7 դյույմ սենսորային LED էկրան 4 պորտ՝ 2 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 LigaSure: Չափերը քաշը • Լայնությունը՝ 35,8 սմ • Երկարությունը՝ 46,2 սմ • Բարձրությունը՝ 17,78 սմ • Քաշը՝ 10,1 կգ Գործիքի կառուցվածքը Նվազագույն ինվազիվ վիրահատությունների համար Նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ՝ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց վիրահատությունների համար Կոլագուլյացիոն և կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պետք է լինեն սրածայր պատված նանո կուագուլացիոն թաղանթով ՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ,ապահովելով հյուսվածքների և անոթների նվազագույն ինվազիվ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004-F4-EU-ZU-12P-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ազդեցությունը: Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Հնարավորություն է տալիս նախքան կուլագուլիացիան , ավտոմատացման եղանակով չափել հյուսվածքի խտությունը, որը չափերը է գերազանցի 7մմ : Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ չափերը պետք է լինեն 5 մմ; (±1) ցողունի երկարություն 23 սմ . 350 технические характеристики աստիճան ցողունային պտույտով: Գործիքի կառուցվածքը` ①</p> <p>Մասնատող ճյուղեր` սրածայր ② Ցողուն ③ Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④ Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤ Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ` անմիջական միացումով ⑧ Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 2 գործիք Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուլագուլիացիոն դանակ:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

LS10 FT10 Էլեկտրոկուլագուլիացիոն գեներատորների համար
`ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կուագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն:
Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կուլագուլացիոն թաղանթով ` նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիւն ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով: Նախապես ` ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը:
Ցողունի տրամագիծի առկա անհրաժեշտ չափերը պետք է լինեն 5 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350 աստիճան ցողունային պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը ` ① Մասնահատող ճյուղեր ② Ցողուն ③ Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④ Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤

					Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ ⑧ Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 14 գործիք: Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար Նախատեսված վիրաբուժական Էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 Էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ՝ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կուագուլացիոն թաղանթով ` նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիւ ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես `
--	--	--	--	--	--

ավտոմատացման եղանակով
 չափելով հյուսվածքի խտությունը
 Ցողունի տրամագիծի առկա
 անհրաժեշտ չափերը պետք է լինեն
 5 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 44
 սմ, . 350 աստիճան ցողունային
 պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը` ①
 Մասնահատող ճյուղեր ② Ցողուն ③
 Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④
 Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤
 Ակտիվացման կոճակ
 (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի
 խրոց ⑦ Մալուխ ⑧ Լծակ կամ առջևի
 բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨
 Դանակի ձգան (մոխրագույն)
 Հավաքակազմում 2 գործիք:
 Նվազագույն ինվազիվ
 վիրաբուժության համար
 Նախատեսված վիրաբուժական
 էլեկտրոկուլագուլիացիոն դանակ:
 LS10 FT10 էլեկտրոկուլագուլիացիոն
 գեներատորների համար
 ծրագրային ապահովումը ոչ
 պակաս 3,9-4,5 հնարավոր
 տարբերակներով : Նախատեսված
 բաց և լապարասկոպիկ
 վիրահատությունների համար
 Կոագուլյացիոն եւ կտրման
 ռեժիմների առկայություն:

					Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կուագուլացիոն թաղանթով՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիս ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես՝ ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը: Ցողունի տրամագիծի առկա անհրաժեշտ չափերը պետք է լինեն 36 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 18 սմ, . 180 աստիճան ցողունային պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը՝ ① Մասնահատող ճյուղեր ② Ցողուն ③ Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④ Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤ Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ ⑧ Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 5 գործիք: Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար նախատեսված վիրաբուժական
--	--	--	--	--	--

					Էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 Էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ՝ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կուագուլացիոն թաղանթով ՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիոն ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես ՝ ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը: Ցողունի տրամագիծի առկա անհրաժեշտ չափերը պետք է լինեն 36 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 21սմ: Գործիքի կառուցվածքը ՝ ① Մասնահատող ճյուղեր ② Ցողուն ③ Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④ Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤
--	--	--	--	--	---

				Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ ⑧ Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 3 գործիք: Սարքը և գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները: Երաշխիքը սարքի համար պետք է լինի առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--	--