

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/176 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	LADP-8	TianjinLaborScientificInstruments	Բաղադրատարրեր և տեխնիկական տվյալներ Շերտավոր GMR սենսոր՝ Գծային միջակայք՝ 0.15 ~ 1.05 մՏ, զգայունություն՝ 30.0 ~ 42.0 մՎ/Վ/մՏ: Սպինային փականի GMR սենսոր՝ Գծային միջակայք՝ -0.81 ~ 0.87 մՏ, զգայունություն՝ 13.0 ~ 16.0 մՎ/Վ/մՏ: Անիզոտրոպ մագնիսադիմադրական սենսոր՝ Գծային միջակայք՝ -0.6 ~ 0.6 մՏ, զգայունություն՝ 8.0 ~ 12.0 մՎ/Վ/մՏ: Հելմհոլցի սոլենոիդ՝ Պտույտների քանակը 200 յուրաքանչյուր ոլորանի համար, շառավիղը առնվազն 100 մմ: Հելմհոլցի սոլենոիդի համար հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ Կարգավորվող՝ 0 - 1.2 Ա: Չափման համար նախատեսված հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ Կարգավորվող՝ 0 - 5 Ա: Հնարավորություններ (փորձեր, որոնք հնարավոր է իրականացնել սարքի միջոցով) Սարքի միջոցով հնարավոր է ուսումնասիրել մագնիսադիմադրության էֆեկտը և չափել երեք տարբեր նյութերի (նմուշների) մագնիսադիմադրությունները՝ RB/R0 : Սարքի միջոցով հնարավոր է չափել RB/R0 կախվածությունը մագնիսական դաշտից (B) և դիմադրության հարաբերական փոփոխության առավելագույն արժեքը՝

			(RB–R0)/R0 : Սարքի վրա հնարավոր է կարգաբերել մագնիսադիմադրական սենսորները: Սարքի միջոցով հնարավոր է հաշվարկել երեք սենսորների զգայունությունները, չափել երեք մագնիսադիմադրական սենսորների ելքային լարումները և հոսանքները: Սարքի վրա հնարավոր է չափել սպինային փականի GMR-ի մագնիսական հիսթերեզիսի գրաֆիկը կառուցելու համար անհրաժեշտ մեծությունները: Սարքավորումը լիցենզավորված՝ առնվազն մեկ տարվա երաշխիքով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-25/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
9			