

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baxter կամ SWS Medical	AK 98 կամ SWS-6000	AK 98 կամ SWS-6000	Baxter կամ SWS Hemodialysis Care Co., Ltd	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները՝ +400 մմ.սնդ.ս -ից մինչև -450 մմ.սնդ.ս Չափման թույլատրելի սխալը՝ ± 10 մմ.սնդ.ս Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում՝ Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ՝ կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն, Չափման թույլատրելի սխալը՝ 10 % Ահագանգի սահմանները՝ $>0,35$ մլ/ր արյուն HCT 25% (AAMI) Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում՝ Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Ուլտրաֆիլտրացիա՝ 1.Ճավալը

ղեկավարվում է բալանսավորման
 խցիկի կողմից ուղտրաֆիլտրացիոն
 պոմպի միջոցով 2.Միայն
 ուղտրաֆիլտրացիա
 (Bergstrom)Աշխատանքային
 սահմանները՝ 0-3,000
 մլ/ժՃշտությունը՝ $\pm 0,2$ մլ/խցիկի
 ցիկլ, Պաշտպանական համակարգ՝
 Առաջադրվածից 200 մլ ավելիի կամ
 առաջադրված հաճախ.-ից 10% -ով
 գերազանցելու դեպքում Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում՝ Այո,
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով Ջերմաստիճանի
 կարգավորման տիրույթները՝ 33-40
 $^{\circ}\text{C}$ Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
 թույլատրելի շեղումները՝ $+ 0,5$ $^{\circ}\text{C}$ ից
 $-1,5$ $^{\circ}\text{C}$ Սահմանները՝ $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 (առաջադրված արժեքի
 նկատմամբ)Մաքսիմալ ջերմաստ.
 պաշտպանություն՝ 41 $^{\circ}\text{C}$
 Պաշտպանական համակարգ՝
 Ջերմաստճանային տվիչ Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում՝ Այո,
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով Հաղորդականություն՝
 Ղեկավարվող Հաղորդականություն,
 Աշխատանքային սահմանները՝
 Բիկարբոնատի Հաղ. 2-4 մՍ/սմ, 4-7

մՍ/սմ Ընդհիսանուր Հաղ. 12,5-16,0 մՍ/սմ Թույլատրելի շեղումները՝ $\pm$ 0,2 մՍ/սմ, Չափումը՝ Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25 °C), Պաշտպանական համակարգ՝ Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով, Սահմանները՝ $\pm$ 4% (առաջադրված արժեքի նկատմամբ), Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում՝ Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով, Դիալիզատի Հոսք (DF)՝ 300-800 մլ/ր DF Թույլատրելի շեղումները՝ $\pm$ 5%, 300-800 մլ/ր դեպքում Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP) Սահմանները (մաքս. TMP)՝ 300-700 մմ.սնդ.ս, Ահազանգի բացարձակ սահմանները՝ - 100 մմ.սնդ.ս, Սահմանների պատուհան՝ կարգավորելի (2%-99%), Թույլատրելի շեղումները՝ Հաշվվում է PDA և PV միջոցով, Ապարատի դեգազացիա՝ Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնժման միջոցով, Թույլատրելի շեղումները՝ $\pm$ 50 մմ.սնդ.ս, Արյան Պոմպ՝ 2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
--

կանգնման համակարգով.1.Երբ դուռը բացվում է, 2.Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար, Պոմպի հաճախությունը՝ 50-600 մլ/ր (8/12մմ) 50-400 մլ/ր (7/10 մմ) կարգավորելի է 10 մլ քայլով, Աշխատանքային ճնշման սահմանները՝ Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ.սնդ.ս Ելնող ճնշումը 0-1725 մմ.սնդ.ս, Հեպարինի պոմպ՝ Ներարկիչի պոմպ 10-30մլ ներարկիչների համար, Պոմպի հաճախությունը՝ 0.1-10մլ/ժ կամ 0.1 մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլյուս: 600 մլ/ժ, Թույլատրելի շեղումները՝ < ±10%, Ճնշման սահմանները՝ 0 to +480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD՝ SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Չգայնությունը՝ Օդի փուլչիկներ սկսած >50μl, Սահմանները Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար:0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD հոսք, Պաշտպանական համակարգ՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ПРОТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-EU2012P-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ուղտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում, Արյան Տվիչ՝ SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված, Ֆունկցիա՝ Խողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում :Սարքը պետք է լինի նոր,չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով : Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվտանգ տեղափոխումը, տեղադրումը և տեխնիկական շահագործումը: Սարքի տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է մինչև երաշխիքային սպասարկման ավարտը յուրաքանչյուր 6/ վեց ամիսը մեկ կատարի սարքի դիագնոստիկա: Սարքը պետք է
Номер лота			Предлагаемый товар		սարքավորման անվտանգ տեղափոխումը, տեղադրումը և տեխնիկական շահագործումը: Սարքի տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է մինչև երաշխիքային սպասարկման ավարտը յուրաքանչյուր 6/ վեց ամիսը մեկ կատարի սարքի դիագնոստիկա: Սարքը պետք է
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					ունենա բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիք 3 տարի:
--	--	--	--	--	--