

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	ԲԻ ԷԼ ԹԻ	M880	Գուանգդոնգ բիոլայթ մեդիքալ	ՈՒՆԻ EtCO ₂ , RR պարամետրեր: Շարժական է, թեթև և հեշտ կրելի: 4.3 դյույմանոց գուևավոր TFT Էկրան՝ ավտոմատ պտտման գործառույթով: EtCO ₂ և RR չափումների համար ունի նվազագույն warm-up ժամանակ: Ունի CO ₂ ջրի ֆիլտր, որը ապահովում է երկարատև մոնիթորինգ խոնավ միջավայրում: Ունի ընտրողաբար դասավորության ռեժիմներ, ներառյալ տառատեսակը և ալիքների ձևերը: Ունի երկակի աշխատանքային ռեժիմներ՝ անընդհատ մոնիթորինգ և տեղային ստուգում: Ունի կարգավորվող ձայնային և տեսողական ահագանգեր: Տվյալների պահպանման տարողություն՝ 500 խումբ մեկ ID-ի համար: Լիթիումային մարտկոց՝ 18 ժամ աշխատանքային ժամանակով: Ավտոմատ անջատման գործառույթ՝ Էներգախնայողության համար: Նախատեսված է

				մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: Կիրառելի է հիվանդանոցում, կլինիկայում և տնային պայմաններում: Սարքի չափսը՝ 142 մմ (Լայնություն) × 80 մմ (Բարձրություն) × 36 մմ (խորություն) : Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C-ից մինչև +40°C: Պահպանման ջերմային միջակայքը -20°C-ից մինչև +55°C: Աշխատանքային խոնավության միջակայքն՝ 15%-ից մինչև 85% (ոչ խտացող): Պահպանման խոնավության միջակայքն՝ 93% (ոչ խտացող): Հոսանքի աղապտերի մուտք՝ AC 100 ~ 240 V, ելք՝ DC 5V/2A: Ներկառուցված լիթիումային մարտկոց: Վոլտաժ՝ 3.7 Վ: Հզորություն՝ 4750 մԱԺ: Լիցքավորման ժամանակ՝ 3 ժամ մինչև 90%, 4 ժամ մինչև 100% լիցքավորման մակարդակ: Լուծաչափ 475×270: Ունի հետևյալ ցուցիչ լամպերը՝ ահազանգի ցուցիչ՝ 1 (դեղին/կարմիր), Էկրանի վերևի մասում, մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ լամպ՝ 1 (նարնջագույն), լիցքավորվելիս այն վառվում է նարնջագույն, լիովին լիցքավորված կամ չլիցքավորված վիճակում այն չի վառվում: Տվյալների ցուցադրման թրենդի եղանակը աղյուսակային: SpO2 թրենդերի միջակայք՝ 10 վ, 30 վ, 1 րոպե, 2 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե: Թողունակություն՝ 1~96 հիվանդի ID, 500 խումբ/հիվանդ: Ունի EtCO տվիչ: Չափումներն իրականացվում են ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիաի մեթոդով: Չափման միջակայքն՝ 0—19.7% (0–150 մմ ս.ս. կամ 0–20.0 կՊա): CO₂ ճշգրտություն՝ 0%–5.3% (0 մմ ս.ս.–40 մմ ս.ս.): ±0.3% (±2 մմ ս.ս.), 5.4%–9.2% (41 մմ ս.ս.–70 մմ ս.ս.): ±5%, 9.3%–13.2% (71 մմ ս.ս.–100 մմ ս.ս.): ±8%, 13.3%–19.7% (101 մմ ս.ս.–150 մմ ս.ս.):
--	--	--	--	---

				$\pm 10\%$: CO₂ լուծաչափ՝ 0.1 մմ ս.ս.: Նմուշի հոսքի արագության միջակայք՝ 60–80 մլ/րոպե: awRR չափման միջակայքն՝ 3–150 պտ/րոպե: RR չափման ճշգրտություն՝ $\pm 1\%$ կամ ± 1 պտ/րոպե: Արձագանքման ժամանակ 3 վրկ: Ունի CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: : Մատակարարը ունենի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղադրող ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
92	Շարժական կապակցություն	Շարժական կապակցություն	Շարժական կապակցություն	Շարժական կապակցություն