

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/15-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
136	Эшерихиозы-FL	ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора	Ռեագենտների հավաքածու՝ Նախատեսված դիարոգեն Էշերիխիաների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ կլինկական նմուշներում՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Ֆորմատ՝ առնվազն 55 նմուշի համար ռեագենտների հավաքածու տուփում/հատ: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%՝ որոշվող մանրէներից յուրաքանչյուրի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/15-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
136	Эшерихиозы-FL	ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора	Ռեագենտների հավաքածու՝ Նախատեսված դիարոգեն էշերիխիաների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ կլինկական նմուշներում՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Ֆորմատ՝ առնվազն 55 նմուշի համար ռեագենտների հավաքածու տուփում/հատ: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%՝ որոշվող մանրէներից յուրաքանչյուրի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: