

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MedTeko PΦ	Y3T 1.02Φ	Y3T 1.02Φ	MedTeko PΦ	Y3T 1.02Φ սարքն օգտագործվում է բժշկական և կոսմետոլոգիական հաստատություններում՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով: Այն կիրառվում է մաշկի, ներքին օրգանների, հենաշարժական և սյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար: Տեխնիկական բնութագրեր • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ շարունակական, իմպուլսային • Աշխատանքային հաճախություն՝ 0.88 ՄՀց • Իմպուլսների հաճախություն՝ 50 Հց • Ուլտրաձայնային ճառագայթիչների

				քանակը՝ 2 հատ • Իմպուլսների տևողություն՝ 0 հմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 մվ օ Շարունակական ռեժիմում՝ շարունակական • Արդյունավետ ինտենսիվություն՝ 0.05 – 1.0 Վտ/սմ² • Աշխատանքային ռեժիմի կարգաբերման ժամանակը՝ 30 վ • Շարունակական աշխատանքի տևողությունը՝ մինչև 6 Ժ • Ժամաչափի սահմանման տիրույթ՝ 1-30 րոպե • Կառավարման եղանակ՝ Էլեկտրամեխանիկական • Կոնտակտի վերահսկում՝ կա • Ճառագայթիչների գերտաքացման պաշտպանություն՝ կա • Աշխատանքային հոսանքի լույսային ցուցում՝ կա • Չափսեր՝ օ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 260×218.5×108.5 մմ օ Ճառագայթիչներ՝ 150×86×40 մմ • Քաշ՝ օ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 2 կգ օ Համալիրը՝ 0.4 կգ • Սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց • Սնուցման հզորություն՝ 45 Վտ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդեքստերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	МедТеко РФ	УЗТ 1.02Ф	УЗТ 1.02Ф	МедТеко РФ	УЗТ 1.02Ф սարքն օգտագործվում է բժշկական և կոսմետոլոգիական հաստատություններում՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով: Այն կիրառվում է մաշկի, ներքին օրգանների, հենաշարժական և նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար: Տեխնիկական բնութագրեր • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ շարունակական, իմպուլսային • Աշխատանքային հաճախություն՝ 0.88 ՄՀց • Իմպուլսների հաճախություն՝ 50 Հց • Ուլտրաձայնային ճառագայթիչների

				քանակը՝ 2 հատ • Իմպուլսների տևողություն՝ 0 հմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 մվ օ Շարունակական ռեժիմում՝ շարունակական • Արդյունավետ ինտենսիվություն՝ 0.05 – 1.0 Վտ/սմ² • Աշխատանքային ռեժիմի կարգաբերման ժամանակը՝ 30 վ • Շարունակական աշխատանքի տևողությունը՝ մինչև 6 Ժ • Ժամաչափի սահմանման տիրույթ՝ 1-30 րոպե • Կառավարման եղանակ՝ Էլեկտրամեխանիկական • Կոնտակտի վերահսկում՝ կա • Ճառագայթիչների գերտաքացման պաշտպանություն՝ կա • Աշխատանքային հոսանքի լույսային ցուցում՝ կա • Չափսեր՝ օ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 260×218.5×108.5 մմ օ Ճառագայթիչներ՝ 150×86×40 մմ • Քաշ՝ օ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 2 կգ օ Համալիրը՝ 0.4 կգ • Սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց • Սնուցման հզորություն՝ 45 Վտ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	---