

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 5,0 մմ արգելափակող պտուտակների և 4,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը :Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ:

				<p>Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք: Ձախ` 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք: Շաղափի ուղղորդիչ նախատեսված 5.0 մմ արգելափակող պտուտակների անցքերի համար 4.3 մմ հաստությամբ շաղափի համար-1, 4.3 մմ հաստությամբ շաղափ-1, Ուժաչափով պտուտակահան 5.0մմ արգելափակող պտուտակների համար-1:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	<p>Отверстия платформы должны быть рассчитаны на блокирующие винты 5,0 мм и винты 4,5 мм.</p> <p>Производственная организация должна иметь сертификацию как минимум по ISO 9001:2015 и как минимум по ISO 13485:2016.</p> <p>Имплантат должен иметь сертификацию CE. Поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы.</p> <p>Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По запросу одна из перечисленных</p>

					<p>ниже платформ должна быть предоставлена для хранения, и после использования она должна быть доставлена в течение 24 часов по запросу. Справа: 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий. Слева: 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.</p> <p>Направляющая для сверления отверстий под блокирующие винты 5,0 мм для винта толщиной 4,3 мм-1, винт толщиной 4,3 мм-1, динамометрическая отвертка для блокирующих винтов 5,0 мм-1.</p>
--	--	--	--	--	---