

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Մեխի երկարությունը պետք է լինի 210 մմ, Պրոքսիմալ անցքերից մեկը նախատեսված 8,0մմ պտուտակի համար, մյուսը 6,4մմ պտուտակի համար, հեռակա 2 անցքով նախատեսված 4,9մմ լոքինգ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի մեխի տեղադրման համար

				գործիքակազմը: Մեխը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված մեխերից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 130° Հաստություն՝ 9 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ: Երկարություն՝ 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ: 135° Հաստություն՝ 9 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ: Երկարություն՝ 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Длина гвоздя должна быть 210 мм, одно из проксимальных отверстий предназначено для винта 8,0 мм, другое для винта 6,4 мм, а два дистальных отверстия предназначены для блокируемых винтов 4,9 мм. Организация-производитель должна иметь как минимум сертификацию ISO 9001:2015 и как минимум сертификацию ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструмент для установки гвоздя. Гвоздь должен

					иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По запросу заказчика один из перечисленных ниже гвоздей должен быть предоставлен для хранения и после использования, если требуется, он должен быть доставлен в течение 24 часов. 130° Толщина: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Длина: 210 мм, 210 мм, 210 мм, 210 мм. 135° Толщина: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Длина: 210 мм, 210 мм, 210 мм, 210 мм.
--	--	--	--	--	---