

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Պրոքսիմլ անցքերից մեկը նախատեսված 8,0մմ պտուտակի համար, մյուսը 6,4մմ պտուտակի համար, հեռակա 2 անցքով, որոնցից մեկը դինամիզացիայի հնարավորությամբ նախատեսված 4,9մմ լոքիսգ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր: Մատակարարը պետք է ապահովի մեխի

				<p>տեղադրման համար գործիքակազմը :Մեխը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված մեխերից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ - Հաստություն՝ 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ: Երկարություն՝ 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ: Ձախ- Հաստություն 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ:Երկարություն՝ 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Одно из проксимальных отверстий рассчитано на винт 8,0 мм, другое — на винт 6,4 мм, с 2 дистальными отверстиями, одно из которых рассчитано на блокируемые винты 4,9 мм с возможностью динамизации. Производственная организация должна иметь как минимум сертификацию ISO 9001:2015 и как минимум сертификацию ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификацию CE. Поставщик должен предоставить инструменты для установки штифта. Штифт

				<p>должен иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По запросу заказчика один из перечисленных ниже штифтов должен быть предоставлен для хранения, и после использования, если требуется, он должен быть поставлен в течение 24 часов.</p> <p>Справа — Толщина: 9 мм, 9 мм, 9 мм, 9 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм, 11 мм, 11 мм. Длина: 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм. Слева — толщина 9 мм, 9 мм, 9 мм, 9 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм, 11 мм, 11 мм. Длина: 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм.</p>
--	--	--	--	--