

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ՇՄՄԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Мед ТеКо	УЗТ 1.02Ф	УЗТ 1.02Ф	Мед ТеКо	սարքն օգտագործվում է բժշկական և կոսմետոլոգիական հաստատություններում՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով: Այն կիրառվում է մաշկի, ներքին օրգանների, հենաշարժական և սյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար: Տեխնիկական բնութագրեր • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ շարունակական, իմպուլսային • Աշխատանքային հաճախականություն 088-1 ՄՀգ• Իմպուլսների հաճախություն՝ 50 Հգ • Ուլտրաձայնային

				ճառագայթիչների քանակը՝ 1-2 հատ • Իմպուլսների տևողություն՝ օ - Իմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 մվ - օ Շարունակական ռեժիմում՝ - շարունակական • Արդյունավետ - ինտենսիվություն՝ 0.05 – 1.0 Վտ/սմ² • Աշխատանքային ռեժիմի - կարգաբերման ժամանակը՝ 30 վ • - Շարունակական աշխատանքի - տևողությունը՝ մինչև 6 Ժ • - Ժամաչափի սահմանման տիրույթ՝ 1-30 րոպե • Կառավարման եղանակ՝ - Էլեկտրամեխանիկական • - Կոնտակտի վերահսկում՝ կա • - Ճառագայթիչների գերտաքացման - պաշտպանություն՝ կա • - Աշխատանքային հոսանքի լույսային - ցուցում՝ կա • Չափսեր՝ օ - Էլեկտրոնային բլոկ՝ 260×218.5×108.5 մմ օ - Ճառագայթիչների - չափերը 3,5սմ2, 150*86*40մմ • Քաշ՝ օ - Էլեկտրոնային բլոկ՝ 2 կգ օ - Համալիրը՝ 0.4 կգ • Սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հգ • Սնուցման հզորություն՝ 45 - Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, - չօգտագործված: Տեղափոխումը և - տեղադրումը իրականացնում է - մատակարարը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՄԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					