

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV/ Adenovirus/M.pneumoniae հակաձնի (Ag) հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստ	ACRO Biotech	ACRO	ACRO BIOTECH, INC, 9500 Seventh Street Unit M, U.S.A	SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV/ Adenovirus/M.pneumoniae հակաձնի (Ag) հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստ պանել: Հետազոտվող նմուշ -Թթից քսուլքի միջոցով:Մեթոդը՝ իմունոքրոմատոգրաֆիկ:Նոր է , չօգտագործված: SARS-CoV-2 զգայունություն՝ ոչ պակաս 97.7% , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 99%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս 98.6%: Influenza A զգայունություն՝ ոչ պակաս 97.0 % , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 99.4%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս

					<p>99.2% : Influenza B զգայունություն՝ նչ պակաս 94.6 % , սպաեցիֆիկությունը՝ նչ պակաս 99.4%, ճշգրտություն՝ նչ պակաս 99.0%:RSV՝ զգայունություն՝ նչ պակաս 94.9 % , սպաեցիֆիկությունը՝ նչ պակաս 98.4%, ճշգրտություն՝ նչ պակաս 97.9%: Adenovirus՝ զգայունություն՝ նչ պակաս 96.8 % , սպաեցիֆիկությունը՝ նչ պակաս 98.5%, ճշգրտություն՝ նչ պակաս 98.3% : M.pneumoniae՝ զգայունություն՝ նչ պակաս 92.9 % , սպաեցիֆիկությունը՝ նչ պակաս 97.2%, ճշգրտություն՝ նչ պակաս 96.6%: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ համաձայն տուփում առկա ներդիրի:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24					