

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բի Բրաուն	հեմոդիալիզի սարք	Բի Բրաուն	Բի Բրաուն	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10%: Ահազանգի սահմանները-»0,35մ/ր արյուն HC T 25% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի պաակտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա-

Ծավալը ղեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից, ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով: 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom): Աշխատանքային սահմանները - 0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-± 0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ առաջադրված հաճախ.-ից10% -ով գերազանցելու դեպքում: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները-33-40 °C: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները- + 0,5 °Cից-1,5 °C: Սահմանները- ± 1°C (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Մաքսիմալ ջերմաստ.պաշտպանություն- 41 °C: Պաշտպանական համակարգ- Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Հաղորդականություն- Ղեկավարվող Հաղորդականություն:

					Աշխատանքային սահմանները- Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ, 4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ, Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25 °C): Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով: Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ): Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր: DF Թույլատրելի շեղումները-$\pm 5\%$, 300-800մլ/ր դեպքում Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP) Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահագանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս.: Սահմանների պատուհան- կարգավորելի(2%-99%): Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման
--	--	--	--	--	---

միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-
 ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2
լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
կանգնման համակարգով. 1. Երբ
դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.
8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե
խողովակի համար: Պոմպի
հաճախությունը -
50-600մլ/ր(8/12մմ)
50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է
10մլ քայլով: Աշխատանքային
ճնշման սահմանները - Մտնող
ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող
ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս: Հեպարինի
պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ
Ներարկիչների համար: Պոմպի
հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ
0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս
600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- «
 $\pm 10\%$, Ճնշման սահմանները- 0 to
+480mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-
SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա,
Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ
սկսած »50մլ, Սահմանները
Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ
սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ
սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ
սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք
Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա- հորովակային համակարգում արյան ճնշումը չափելու համար:
ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-EUQPC-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2023 թ. արտադրության, ներառի технические характеристики լիարժեք աշխատանքի համար
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ախտաբանական բոլոր պարագաները, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
1					