

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՅԱ ՍԵՂ» ՍՊԸ -ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	CID	CID	Easy Flype ,Easy HiFlype	CID SpA	Ինքնաբացվող ստենտ, OTW կատեգորիա, նյութը նիտինոլ, ստենտի մակերեսը պատված է բիո ծածկույթով, վեց կետից տանտալից ռենգեն մարկերներ, կատետերի աշխատանքային երկարությունը 85-ից 135սմ: Համատեղելի 0,035” ուղղորդիչ կատետերի համար և 6Fr Ուղղորդիչ կատետերի համար: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 20մմ-ից 150մմ: Կախված վիրահատվող անոթի

					տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 6մմ- ից 8մմ:Անհրաժեշտ չափսերը՝ 6*40, 6*80, 6*100, 6*120, 6*150, 7*60, 7*100, 7*120, 7*150, 8*40, 8*60,8*80, 8*100, 8*120, 8*150: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն
--	--	--	--	--	--

					նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					