

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Toxoplasma gondii- FL	Toxoplasma gondii- FL	Toxoplasma gondii- FL	Amplisens	Ռեագենտների հավաքածու՝ Նախատեսված Toxoplasma gondii -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների

					վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Toxoplasma gondii-FL	Toxoplasma gondii-FL	Toxoplasma gondii-FL	Amplisens	Ռեագենտների հավաքածու՝ Նախատեսված Toxoplasma gondii -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների

					վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար:
--	--	--	--	--	---