

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baxter կամ SWS Medical կամ Wesley	AK 98 կամ SWS-6000 կամ W- T2008-B	AK 98 կամ SWS-6000 կամ W- T2008-B	Baxter International Inc. կամ SWS Hemodialysis Care Co. կամ Chengdu Wesley Bioscience Technology Co.	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10%: Ահազանգի սահմանները->0,35մ/ր արյուն HC T 25% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի պաակտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա-

Ծավալը ղեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից, ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով: 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom): Աշխատանքային սահմանները - 0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-± 0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ առաջադրված հաճախ.-ից10% -ով գերազանցելու դեպքում: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները-33-40 °C: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները- + 0,5 °Cից-1,5 °C: Սահմանները- ± 1°C (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Մաքսիմալ ջերմաստ.պաշտպանություն- 41 °C: Պաշտպանական համակարգ- Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Հաղորդականություն- Ղեկավարվող Հաղորդականություն:

					Աշխատանքային սահմանները- Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ, 4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ, Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25°C): Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով: Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ): Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր: DF Թույլատրելի շեղումները-$\pm 5\%$, 300-800մլ/ր դեպքում Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP) Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահագանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս.: Սահմանների պատուհան- կարգավորելի(2%-99%): Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման
--	--	--	--	--	--

միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-
 ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2
 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
 կանգնման համակարգով. 1. Երբ
 դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.
 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե
 խողովակի համար: Պոմպի
 հաճախությունը -
 50-600մլ/ր(8/12մմ)
 50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է
 10մլ քայլով: Աշխատանքային
 ճնշման սահմանները - Մտնող
 ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող
 ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս: Հեպարինի
 պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ
 ներարկիչների համար: Պոմպի
 հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ
 0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս
 600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- <
 $\pm 10\%$, Ճնշման սահմանները- 0 to
 +480mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-
 SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա,
 Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ
 սկսած >50μl, Սահմանները
 Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ
 սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ
 սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ
 սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք
 Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա- խորունկալիս համակարգում արյան ծախսի արագացումը չափելու համար Սարքը պետք է լինի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2023 թ. արտադրության, ներքին տեխնիկական հատկությունները լիարժեք աշխատանքի համար
1					ախտաբանական բոլոր պարագաները, Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: