

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Terumo	Optitorque	Optitorque	Terumo	Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr- ոչ պակաս 37մլ/վրկ անցունակությամբ): Կաթետերների միջոցով հնարավոր է միաժամանակ առանց կաթետեր փոխելու կատարել աջ և ձախ կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ Tiger I, Tiger II-3.5,

					Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0 կամ համարժեք: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Terumo	Optitorque	Optitorque	Terumo	Диагностический катетер для инвазивных процедурНеобходимый размер (в зависимости от веса пациента и сосудов): 5Fr, 6Fr — пропускная способность не менее 37 мл/с Особенность конструкции: одним катетером можно одновременно, без его замены, проводить ангиографию как правого, так и левого коронарных сосудов — используется «однокатетерная» стратегия. Тип катетеров в зависимости от анатомии сосуда: Tiger I, Tiger II 3.5, Tiger II 4.0, Tiger II 4.5, Tiger II

					5.0 или эквивалентные модели — для обеспечения стабильного доступа к обоим коронарным артериям. Обязательный сертификат: наличие CE сертификата является обязательным.
--	--	--	--	--	--