

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Terumo	Ultimaster Nagomi	Ultimaster Nagomi	Terumo	Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ- քրոմի համաձուլվածք L605 բիոքայքայվող պոլիմերային ծածկով, ճաղերի հաստությունը ` 80μm ստենտի ճաղերի դեֆորմացիայից խուսափելու համար : Դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դեղի դոզան ` 3.9μg/մմ որով պատված են միայն ստենտի ճաղերը, բացակայում է ստենտի հանգույցների վրա՝ դեղի ավելցուկից խուսափելու համար: Ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 132°, անոթի ճնշմանը կայուն

					դիմակայելու համար , պոլիմերի քայքայումը և դեղանյութից ձերբագատումը՝ 3-4 ամսում: Մեծ տրամագծով անոթների ստենտավորման ժամանակ բացված ստենտի բարձր կայունություն; Ստենտի չափերը՝ 2,0 մմ-2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,5մմ տրամագծերով, երկարությունը առնվազն 11 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 9մմ, ամենաերկարը՝ 50մմ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԿՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության
--	--	--	--	--	---

					հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Terumo	Ultimaster Nagomi	Ultimaster Nagomi	Terumo	Коронарный лекарственно-импрегнированный стент открытого дизайна, материал стента — сплав кобальт-хром L605 с биоразлагаемым полимерным покрытием, толщина прутьев — 80 мкм для предотвращения деформации стента. Лекарственное вещество — сиролимус, доза препарата — 3,9 мкг/мм, покрытие нанесено только на прутья стента, отсутствует на узлах стента во избежание избытка лекарства. Угол раскрытия прутьев стента — 132°, для устойчивости к сосудистому

						давлению. Разложение полимера и высвобождение лекарственного вещества происходит за 3-4 месяца. При стентировании сосудов большого диаметра обеспечивается высокая стабильность раскрытого стента. Размеры стента: диаметры 2,0 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,5 мм; длина — не менее 11 размеров для каждого диаметра, при этом минимальная длина 9 мм, максимальная — 50 мм. Наличие сертификата соответствия качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплекте технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. В соответствии со статьёй 2 Закона РА «О медицинской помощи и обслуживании населения» (№ 20-325-1), участник тендера обязан представить сертификат соответствия, выданный производителем, авторизационное письмо (гарантийно-доверительное
--	--	--	--	--	--	---

					письмо), а на этапе исполнения контракта — сертификат происхождения продукции, предоставляемый производителем.
--	--	--	--	--	---