

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Terumo	Floppy	Floppy	Terumo	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված հատուկ ծածկույթով, ծայրի քաշը 0.6;1.0 գրամ/թույլատրելի շեղում 5%/, լարի անցումը ծայրին 2մմ/թույլատրելի շեղում 5%/ պատված սիլիկոնով,ռենտգենոկոնտրաստ հատվածը 2-3սմ, լարի երկարությունը 180-185սմ, տրամագիծը 0.014° 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող

				մետաղից:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ուղղորդիչ լարը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագույնը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Terumo	Floppy	Floppy	Terumo	Направляющая проволока с гидрофильным покрытием, пружина на конце из платины, остальная часть пружины из нержавеющей стали, переход пружины покрыт специальным никелево-титановым покрытием. Вес наконечника — 0,6; 1,0 грамма (допустимое отклонение 5%), переход проволоки к наконечнику — 2 мм (допустимое отклонение 5%), покрыт силиконовым слоем. Рентгеноконтрастный участок длиной 2-3 см. Длина проволоки — 180-185 см. Диаметр — 0,014" (0,36

				мм). Часть проволоки изготовлена из нержавеющей металла. Наличие международных сертификатов качества ISO 13485, CE MARK. Должна поставляться в заводской стерильной упаковке, размещённой в коробке. Направляющая проволока должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. На момент сдачи должно оставаться не менее 75% срока годности. Конечный пользователь, указанный заказчиком, имеет право вернуть или обменять полученный размер на другой по необходимости, при условии, что не менее 50% срока годности поставленного товара остаётся. В противном случае поставщик имеет право требовать оплату за поставленный товар.
--	--	--	--	---