

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Terumo	Finecross	Finecross	Terumo	Միկրոկաթետր, Ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 0.018", պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում՝ 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է,

					զօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Terumo	Finecross	Finecross	Terumo	Микрокатетер с внутренним диаметром в дистальной части — 0,018", в проксимальной части — 0,021", наружным диаметром в дистальной части — 1,8", в проксимальной части — 2,6", обеспечивающий высокую проходимость. Длины, необходимые в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда: 130 см, 150 см. Формат — штука. Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В

					комплект входят технические характеристики, особенности и инструкции по применению в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--	---