

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-93/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժական, բազմաբաղադրիչ АНКАТ-64М3.2-24 տիպի, ТХД տիպի ջերմոքիմիական տվիչով դյուրավառ գազերի, դրանց գոլորշիների և խառնուրդների նախնական պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների որոշման համար, որը 3 գազերի լքրածին, մեթան, պրոպան՝ առկայության դեպքում Էկրանին արտապատկերվում է % LEL պայթյունավտանգության նվազագույն սահմանը, ինչպես նաև վթարային ծայնային և/կամ լուսային ազդանշանի արձակում, երբ չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -200С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 24 ժամ շարունակական աշխատանք): Չափման միավորները՝ % vol., % LEL: Հայաստանի Հանրապետության տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն: Սարքը համալրված է արտաքին պոմպով և ИБРЛ.418311.043, 10 մ երկարությամբ զոնդով: Ունի զգայուն տարրի արագ փոփոխության հնարավորություն տարրի շարքից դուրս գալու դեպքում: Ունի յուրաքանչյուր չափվող տարրի միջին ամսական կոնցենտրացիաների չափման և արտապատկերման հնարավորություն: Ունի սնուցման աղբյուրից անկախ հիշողություն՝ տվյալները համակարգչին փոխանցելու հնարավորությամբ: Հրահանգների ծեռնարկի առկայություն հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Переносной, многокомпонентный типа АНКАТ-64М3.2-24, с термохимическим датчиком типа ТГД для определения начальных взрывоопасных концентраций горючих газов, их паров и смесей, который в присутствии 3-х газов (водород, метан, пропан) отображает на экране минимальный предел взрываемости % НКПР, а также выдает аварийный звуковой и/или световой сигнал при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Диапазон рабочих температур: от -200С до +500С, Питание: аккумулятор (не менее 24 часов непрерывной работы). Единицы измерения: % об., % НКПР. Наличие сертификата об утверждении типа Республики Армения. Прибор оснащен внешним насосом и зондом ИБЯЛ.418311.043 длиной 10 м. Имеет возможность быстрой замены чувствительного элемента в случае выхода из строя элемента. Имеет возможность измерения и отображения среднемесячных концентраций каждого измеряемого элемента. Имеет независимую от источника питания память с возможностью передачи данных на компьютер. Наличие инструкции по эксплуатации на армянском, русском или английском языках.