

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Instant	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեկ Ինստանտ շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով՝ 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման արագություն՝ < 4 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0,6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ: Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար: Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO15197:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗЦРЧ ЕЦЦПЗР 26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
43				