

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ուրիկազային ռեակցիա, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրոլյժը Hg 546 Նմ (405-610Նմ) , մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 8 ամիսը: Պահպանման

				ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ուրիկազային ռեակցիա, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրոլյժը Hg 546 Նմ (405-610Նմ) , մոնոռեագենստի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 8 ամիսը: Պահպանման

				ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ:
--	--	--	--	--